

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek

VZ „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – rekonstrukce centrální sterilizace“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – rekonstrukce centrální sterilizace“

I. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

pověřená k zadávání této veřejné zakázky usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 69/5650 ze dne 09.06.2015

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

zastoupený Ing. Petrem Kovaříkem, ředitelem

profil zadavatele na: <http://nspka.profilzadavatele.cz>

II. Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je JUDr. Rita Kubicová, advokátka, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 71332529, která je zadavatelem zmocněna ke všem úkonům souvisejícím s tímto zadávacím řízením a zároveň jsou jí učiněné úkony rozhodnými pro počátek či ukončení běhu lhůt dle ZVZ.

Kontaktní údaje:

e-mail: chalias@advokatkakubicova.eu nebo kubicova@advokatkakubicova.eu

telefon: +420 733 119 022 nebo +420 608 831 124

Dodavatel je povinen doručovat veškeré písemnosti v písemné tištěné podobě kontaktní osobě zadavatele, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly kontaktní osobě zadavatele doručeny. Ode dne doručení započne i běh případných lhůt vázaných na doručení písemností ze strany dodavatele. **Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.**

III. Rozsah zakázky a technické podmínky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných, rok výroby 2015 a mladší 2ks prokládacích parních sterilizátorů k napojení na externí zdroj páry, 2ks pokládacích mycích a desinfekčních automatů a 1ks úpravny vody, to vše pro potřeby oddělení centrální sterilizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace.

Technická specifikace

Prokládací parní sterilizátor k napojení na externí zdroj páry (2ks)

- parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU, vyhovující normám ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1, validovatelný podle těchto norem a vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb.
- parní sterilizátor prokládací vhodný ke sterilizaci všech nástrojů, materiálů, textilu, gumy a plastů
- využitelný objem komory 8 sterilizačních jednotek (jedna STJ 300 x 300 x 600 mm)
- celonerezová hranatá tlaková komora s topným pláštěm
- parní sterilizátor k napojení na externí zdroj páry

- automaticky ovládané vertikálně posuvné dveře sterilizační komory
- zavzdušnění sterilizační komory přes bakteriologický filtr
- dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci
- výkonná vývěva dosahující ve fázi odvzdušňování tlaku min. 13 kPa
- plně automatické řízení jednotlivých cyklů přes barevný, dotykový displej v českém jazyce
- rozhraní RS 232
- základní testovací programy (Vakuum test a Bowie&Dick test)
- plně automatické validovatelné sterilizační programy při 121°C a 134°C s dokonalým sušením s vestavěnou autodiagnostikou
- signalizace poruchových stavů přístroje na displej v češtině
- zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu
- čisticí souprava, je-li nutná (mazivo pro těsnění dveří, nástroje na vyjímání těsnění)
- 2 ks transportní vozík pro každý sterilizátor
- 1 ks zavážecí vozík pro každý sterilizátor
- zabudování parních sterilizátorů z obou stran do nerezové stěny.
- krycí lišty na čistou stranu přístroje
- na vyvážecí straně dotykový display s možností sledování aktuální pracovní fáze
- výstupy pro dokumentaci průběhu sterilizačního cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (+ software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring), umožňující výstup dat do systému MEDIX.
- integrovaný odpad
- dochlazování kondenzátu
- provedení validační zkoušky po uvedení přístrojů do provozu
- provedení výchozí revize tlakových nádob parního sterilizátoru
- kontroly předepsané výrobcem po dobu záruky (BTK, validace, prohlídky předepsané výrobcem, revize elektro, revize tlakových nádob)

Prokládací mycí a desinfekční automat (2ks)

- prokládací mycí a desinfekční automaty (dvoudveřové), certifikované dle normy EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát) s elektrickým ohřevem
- dveře prosklené dopředu výklopné nebo automatické s vertikálním posunem
- mycí a desinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické
- přístroje umožňující termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhlášce MZ ČR 306/2012 Sb.
- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
- mycí prostory vybavené dvěma nerezovými mycími rameny
- dvouplošťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
- během mycího cyklu elektricky blokové dveře
- mycí prostory o kapacitě 10 mycích DIN sít standardní velikost 1/1
- výkonné oběhové čerpadlo(a) pro dokonalý mycí účinek
- komunikace na displeji v českém jazyce
- výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (+ software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring), umožňující

výstup dat do systému MEDIX.

- tři vestavěná dávkovací čerpadla v každém přístroji a možnost dalšího jednoho
- vestavěný výkonný horkovzdušný sušící agregát
- přístroje vybavené boilery pro přehřátí DEMI vody
- kondenzátory par s vnějším nerez opláštěním
- mycí vozík s 5-ti patry na OP instrumentarium pro každý přístroj, pokud je to možné vč. výstupů pro mytí dutých nástrojů, jinak standardní
- 10 ks mycích DIN sít standardní velikosti pro každý přístroj
- mycí koš pro gumové hadice
- mycí koš pro duté nástroje
- zabudování myček z obou stran do nerezové stěny
- kontroly předepsané výrobcem po dobu záruky (BTK, validace, prohlídky předepsané výrobcem)

Úpravna vody (1ks)

- úpravna vody pro zásobování 2 ks parních sterilizátorů, 2 ks mycích a desinfekčních automatů, výměníku pára - pára a ostatních provozů nemocnice, splňující normy pro kvalitu vody ČSN EN 285
- vícestupňová filtrace pro reverzní osmózu obsahující dechloraci aktivním uhlím
- přístroj reverzní osmózy umístěný v kompaktní skříni vč. veškerého příslušenství s min. výkonem 100 - 150 l/hod
- napojení na stávající 800 l zásobník pro účely skladování demineralizované vody
- vybavení stávajícího zásobníku novými plováky, přepadem a ventily, sanitace
- AT stanice, čerpadlo nerez pro zásobení rozvodu demineralizované vody
- instalační sada, úprava odpadu, přepady, potrubní přípojky PVC
- digitální měřič specifické vodivosti se sondou, měření vodivosti napájecí vody
- vzorkovací ventil pro odběr vzorků napájecí vody
- servisní kontroly předepsané výrobcem po dobu záruky, výměna materiálu (jedná se o uvedenou službu včetně bezplatné výměny komponent, tj. filtrů, membrán, doplnění soli do změkčovače atd.)

Další požadavky zadavatele na předmět plnění:

V rámci své nabídky dodavatel předloží v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. f) ZVZ doklad prokazující shodu požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Dodavatel je oprávněn v rámci prokázání kvalifikace předložit prostou kopii tohoto dokladu, nicméně v případě, že by s takovým dodavatelem měla být dle ust. § 82 ZVZ uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto dokladu.

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky za jakost minimálně 36 měsíců, a to jak na dodané zboží, tak v něm obsažený software, včetně servisní podpory na hardware a software, je-li součástí dodávaného zboží.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v příloze č. 1 obchodních podmínek (kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

Zadavatel požaduje předložení servisního plánu po dobu záruční doby zboží, odpovídajícího podmínkám předepsaných výrobcem a příslušnými právními předpisy. Servisní plán bude tvořit přílohu č. 2 obchodních podmínek (kupní smlouvy) a bude jako součást nabídky předložen v členění

- termíny prohlídek
- popis servisního úkonu
- seznam vyměněných součástí (pokud se vyměňují)

Dodavatel je po dobu záruční doby povinen provádět bezplatné pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a příslušnými právními předpisy, a to minimálně v intervalech uvedených v servisním plánu.

V rámci své nabídky dodavatel předloží v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. e) ZVZ popis a fotografie (např. ve formě brožury) jím nabízeného zboží.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce a provedení zkoušek nutných pro uvedení zboží do provozu požadovaných platnými právními předpisy.

Dodavatel provede přijímací zkoušku funkčnosti nabízeného zboží.

Dodavatel jako součást své nabídky předloží soupis nutných stavebních úprav a požadavků v souladu se skutečným stavem zjištěným na základě prohlídky místa plnění dle čl. IV odst. 4.3. zadávací dokumentace, a to 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě (na CD/DVD).

Dodavatel zajistí na své náklady komunikaci (kompatibilitu) mezi jím nabízenou sterilizační technikou a již nainstalovaným a zavedeným informačním systémem MEDIX zadavatele dle čl. III.

Zadavatel umožňuje dodavatelům, aby v rámci svých nabídek, jsou-li držiteli certifikátu ISO 14001 pro environmentální management nebo jakéhokoli jiného dokladu prokazujícího ekologickou šetrnost jimi nabízeného zboží, doložili kopii tohoto certifikátu či jiného dokladu. Prokázání tohoto environmentálního požadavku je jedním z dílčích hodnotících kritérií uvedených v čl. 8 Výzvy.

IV. Termín a místo plnění

4.1. Termín plnění

Požadovaný termín celkového splnění díla je maximálně do 60 dnů od uzavření smlouvy.

4.2 Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele.

4.3. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění proběhne dne 12.04.2016. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 09:00 hod. před hlavním vchodem do sídla zadavatele. Prohlídka místa plnění slouží dodavatelům k seznámení se s místem plnění.

V. Kvalifikační předpoklady

Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů musí být součástí nabídky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 50 odst. 1 ZVZ dodavatel, který:

- a) splní základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 ZVZ,
- b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle ust. § 54 ZVZ,
- c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
- d) splní technické kvalifikační předpoklady podle ust. § 56 ZVZ.

5.1. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Výzvy), doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 53 odst. 1 ZVZ. Tím není vyloučena možnost nahrazení prokázání základních kvalifikačních předpokladů postupem podle ust. § 127 ZVZ.

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ předložením potvrzení příslušného finančního úřadu (ve vztahu ke spotřební dani postačí čestné prohlášení - Příloha č. 2 Výzvy) a předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ potvrzením příslušného orgánu či instituce, kdy tyto nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (doklad bude pokrývat v plném rozsahu předmět veřejné zakázky) popř. způsobem uvedeným v § 51 odst. 4 ZVZ,
- c) v souladu s ust. § 54 písm. d) ZVZ doklad prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů – konkrétně doklad prokazující způsobilost dodavatele, jakožto osoby zacházející se zdravotnickými prostředky, k jejich prodeji, distribuci a servisu dle ust. § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tím není vyloučena možnost nahrazení prokázání profesních kvalifikačních předpokladů postupem podle ust. § 127 ZVZ. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.

5.3. Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Dodavatel v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou dodavatele, z něhož bude vyplývat, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku.

5.4. Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ s ohledem na předmět plnění požaduje **seznam významných dodávek obdobného typu provedených dodavatelem za poslední 3 roky spolu s osvědčením ke každé jednotlivé uvedené dodávce, vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli (Příloha č. 3 Výzvy).**

Ze seznamu významných dodávek a odpovídajících osvědčení musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 3 významné dodávky obdobného typu. Dodávkou obdobného typu se rozumí dodávka s obdobným plněním, jaké je předmětem této zakázky.

V souladu s ust. § 59 odst. 3 ZVZ provede posouzení kvalifikace hodnotící komise.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle ust. § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

VI. Obsah a forma nabídky

- 6.1. Nabídka bude obsahovat krycí list, na kterém bude uvedeno:
- identifikační údaje dodavatele v rozsahu uvedeném v ust. § 17 písm. d) ZVZ,
 - kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy),
 - nabídkovou cenu dle čl. VIII Zadávací dokumentace.
- 6.2. Nabídková cena - viz čl. VIII Zadávací dokumentace
- 6.3. Součástí nabídky musí být rovněž doložené následující údaje dle ust. § 68 odst. 3 ZVZ formou podepsaného čestného prohlášení:
- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - c) prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
- 6.4. Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů musí být součástí nabídky.
- 6.5. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele(ů) – čestné prohlášení o subdodavatelích (Příloha č. 5 Výzvy), pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace, a toto prokazuje prostřednictvím subdodavatele.
- 6.6. Nabídka musí být zpracovaná v českém jazyce a předložena v originále.
- 6.7. Všechny listy nabídky budou dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky s uvedením celkového počtu listů nabídky.
- 6.8. Součástí nabídky dodavatele musí být Obchodní podmínky, které zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje formou kupní smlouvy tvořící přílohu č. 4 Výzvy. Dodavatel přiloží do své nabídky obchodní podmínky doplněné (viz poznámky v textu a včetně všech příloh) a podepsané oprávněnou osobou.
- Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. **Zadavatel změnu obchodních podmínek, vyjma částí určených k doplnění dodavatelem (v textu zřetelně označeno), neumožňuje.** Jakákoli nepovolená změna bude automaticky znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.
- 6.9. Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení dodavatele o shodě dodavatelem nabízeného zboží dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci s příslušnými zvláštními právními předpisy. Dále je dodavatel oprávněn, je-li držitelem certifikátu ISO 14001 pro environmentální management nebo jakéhokoli jiného dokladu prokazujícího ekologickou šetrnost jím nabízeného zboží, předložit kopii tohoto certifikátu či jiného dokladu. Prokázání tohoto environmentálního požadavku bude následně v souladu s čl. 8 Výzvy k podání nabídek zohledněno v rámci hodnocení nabídek.

- 6.10. Nabídka musí v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. e) ZVZ obsahovat popis a fotografie (např. ve formě brožury) dodavatelem nabízeného zboží.
- 6.11. Soupis nutných stavebních úprav a požadavků v souladu se skutečným stavem zjištěným na základě prohlídky místa plnění dle čl. IV odst. 4.3. zadávací dokumentace, a to 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě (na CD/DVD).

Dodavatel je povinen zaslat svou nabídku kontaktní osobě zadavatele ve lhůtě, způsobem a na místě specifikovaném v bodě 5 Výzvy. Nabídky doručené kontaktní osobě zadavatele po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Tyto opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

VII. Nabídková cena

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést nabídkovou cenu na celý předmět plnění, která bude členěna podle následujících tabulky na:

- cena položky bez DPH,
- výše DPH (% a Kč),
- cena položky včetně DPH

Plnění	Cena bez DPH v Kč (doplň dodavatel)	DPH ...% v Kč (doplň dodavatel)	Cena celkem vč. DPH (doplň dodavatel)
..... značky typ (...ks) (doplň dodavatel)			
dodavatel doplní přesné označení veškerého druhu zboží, které nabízí			
Nabídková cena celkem (doplň dodavatel)			

Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) pouze za podmínek uvedených v obchodních podmínkách (kupní smlouvě), které jsou uvedeny v příloze č. 4 Výzvy.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši platné ke dni podání nabídky.

V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované touto zadávací dokumentací (včetně vyplněných příloh Obchodních podmínek), jedná se o nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

Variantní řešení se nepřipouští.

VIII. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném a včasném protokolárním předání zboží. Lhůta splatnosti faktury činí s ohledem na povahu plnění a způsob financování 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu (zadavateli). Bližší podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 4 Výzvy.

IX. Mimořádně nízká nabídková cena

Při posouzení nabídek provede hodnotící komise posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky). Hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen k předpokládané hodnotě, přičemž zohlední i vzájemný poměr nabídkových cen (případný vliv konkurenčního prostředí na výši nabídkových cen).

Zadavatel si vyžádá zdůvodnění výše nabídkové ceny, pokud dodavatel předloží nabídkovou cenu s odchylkou 20 a více % od předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

X. Další informace a údaje

Písemnou žádost dodatečné informace dle ust. § 49 ZVZ je dodavatel povinen zaslat na adresu kontaktní osoby zadavatele dle bodu II Zadávací dokumentace.

Požadované dokumenty, a to v textovém editoru MS Word, zadavatel poskytne prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v bodě II zadávací dokumentace každému dodavateli na jeho výslovnou žádost, avšak pouze v rozsahu příloh č. 3, 4 a 5 Výzvy. Zadavatel v rámci podané nabídky rovněž akceptuje dodavatelem ručně doplněnou dokumentaci ve shora uvedeném rozsahu.

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj,
příspěvková organizace