



## Nemocnice s poliklinikou Havířov

příspěvková organizace

Odpověď na dotaz uchazeče o veřejnou zakázku společnost LINET spol. s r.o. vznesené v rámci veřejné zakázky „**Dodávka nemocničních lůžek pro Dětské oddělení – OZŘ**“.

---

*Cituji ze žádosti uchazeče:*

V části I. (typ: Pediatrické elektricky polohovatelné lůžko pro JIP)

1. zádávací dokumentaci je uvedeno: „*integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm*“

**Dotaz zní: Může uchazeč nabídnout lůžko bez integrovaného prodloužení/zkrácení lůžka při zachování všech ostatních parametrů?**

---

Odpověď: **Ano, může.**

V Havířově 22. 1. 2016

Zpracovali:

Mgr. Renata Tydlačková  
Náměstek pro ošetrovatelskou péči

Bc. Miron Baláž  
Vedoucí oddělení zdravotní techniky