

Dodatečná informace č. 1

VZ Dodávka přístrojů pro dětské oddělení Karviná

na základě žádosti ze dne 05.10.2016

1) Dotaz:

Zadavatel požaduje „Část I EKG 12 kanálové“ v technické specifikaci min. 8" polohovatelný dotykový displej. Bude zadavatel akceptovat nabídku EKG přístroje s min 8" dotykovým displejem, který nebude polohovatelný? Uchazeč se domnívá, že tento požadavek nijak neovlivní funkci přístroje ani bezpečnost pacienta a obsluhujícího personálu.

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku polohovatelný dotykový displej. Zadavatel však bude akceptovat i variantu s výklopným dotykovým displejem za podmínky, že displej bude čitelný ve všech pozorovacích úhlech za denního i umělého osvětlení.

2) Dotaz

Zadavatel požaduje „Část I EKG 12 kanálové“ v technické specifikaci interní paměť min. 200 záznamů, externí paměť SD karta. Bude zadavatel akceptovat nabídku EKG přístroje s interní pamětí 800 záznamů, externí pamětí ukládání na USB Flash, nebo přímo do PC? Uchazeč se domnívá, že externí paměť SD karta je srovnatelná (obdobná) technologie.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat rozšířenou interní paměť s možností ukládání dat na USB Flash disk nebo přímo do PC. Pokud přístroj disponuje mimo vámi nabízené možnosti ukládáním dat i jiným možným způsobem zápisu např. na SD kartu nejedná se o zastaralou technologii (v dnešní době jsou SD karty kapacitně srovnatelné s libovolnými datovými nosiči).

V Karviné 05.10.2016

Bc. Alexandra Klímová

