

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. I

k veřejné zakázce
„Dodávka a instalace 90 ks lineárních dávkovačů“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

I)

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: výpočet rychlosti dávky v mg, mg, mmol, IU a v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

Uchazeč se ptá, zda zadavatel bude akceptovat nabídku s přístrojem, který má výpočet dávky v mg, mg, ng, IU v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. Uchazeč se domnívá, že nejčastěji používaná jednotka je g a v případě mmol lze počítat pomocí převodních tabulek.

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na specifikaci tak, jak je uvedena v zadávací dokumentaci.

II)

Dotaz:

Dobrý den,

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) k veřejné zakázce vedené pod názvem „Dodávka a instalace 90 ks lineárních dávkovačů“ zadavatele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace:

v Zadávací dokumentaci v bodě III. mezi technickými požadavky zadavatel uvádí: „interní paměť přístroje na seznam minimálně 150 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost“. Z klinické praxe není třeba, aby měly lineární dávkovače interní paměť na více než 30 léků. Akceptuje Zadavatel plnění pomocí lineárního dávkovače s pamětí na 120 léků? Paměť na 120 léků až 4x převyšuje praxí běžně používanou paměť maximálně 30 léků.

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na specifikaci tak, jak je uvedena v zadávací dokumentaci.

III)

Dotaz:

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dodávka a instalace 90 ks lineárních dávkovačů“ pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj.

V Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek – Zadávací dokumentaci – čl. III Rozsah zakázky a technické podmínky zadavatel uvádí následující technický požadavek: „interní paměť přístroje na seznam minimálně 150 léků, obsahujících název, koncentraci, rychlost“.

Účastník nabízí obdobné technické řešení, které obsahuje interní paměť na seznam 100 léků, při splnění všech ostatních zadavatelem požadovaných technických parametrů. Bude zadavatel akceptovat takovou nabídku účastníka?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na specifikaci tak, jak je uvedena v zadávací dokumentaci.

IV)

Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že tato je nově stanovena na 08.12.2016 do 08:00 hod. Zároveň zadavatel nově stanovuje termín otevírání obálek, a to na 08.12.2016 od 09:00 hod. V ostatním zůstávají zadávací podmínky nezměněny.

V Karviné dne 29.11.2016

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka