

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. I

k veřejné zakázce
„Dodávka phacoemulsifikačního přístroje“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

I)

Dotaz:

Pěkný den

Chtěli bychom se zeptat na zadávací dokumentaci, kde jsou požadavky rozepsány do několika odstavců:

Zadní segment:

Přední segment:

Upřesnění:

Příslušenství:

*Nejsme si jistí, zda požadavky v odstavci **upřesnění**, jsou podmínky vylučovací (tedy absolutní), nebo zda jde o parametry a funkce, které „vylepší“ hodnocení nabízeného řešení.*

S pozdravem

Odpověď:

V odstavci „*upřesnění*“ jsou blíže specifikovány požadované vlastnosti dodávaného přístroje.

Z uvedených vlastností však zadavatel v případě požadavku „*uživatelské rozhraní tvořené 17" barevnou dotykovou obrazovkou pro řízení a zobrazování funkcí postroje*“ nadále netrvá na splnění požadavku na velikosti obrazovky 17“.

Dále zadavatel netrvá na požadavku „*integrované zařízení pro vložení operačních parametrů do video výstupu z kamery mikroskopu*“ a na požadavku „*automatická identifikace příslušenství (automatické nastavení parametrů podle připojeného příslušenství)*“.

Zároveň zadavatel v odstavci „*Zadní segment*“ netrvá na splnění požadavku „*pneumatické nebo elektrické nůžky*“.

II)

Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že tato je nově stanovena na 21.02.2017 do 08:00 hod. Zároveň zadavatel nově stanovuje termín otevírání obálek, a to na 21.02.2017 od 09:00 hod. V ostatním zůstávají zadávací podmínky nezměněny.

V Karviné dne 03.02.2017

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka