



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



  
**Slezská nemocnice v Opavě**



**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  
**část 1: Mamografický RTG přístroj**  
**(dodatečná informace č. 1 - 4)**

dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**Veřejná zakázka č. 16/30, evidenční číslo: Z2017-005510,**  
**„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.“**  
**Číslo spisu: SNO/BB/2017/02/zdravotnické vybavení SNO**  
**Číslo zakázky: (P17V00000020)**

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, v souladu se ZZVZ.

**Zadavatel:**  
**Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**  
**Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí 746 01 Opava**  
**IČO: 47813750**

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ níže uvedené vysvětlení a zadávací dokumentace.



### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Příloha č. 7 ZD – Min. tech. podmínky pro část 1 – str. 55-56

Pasáž v ZD: strana 55-56 – Akviziční stanice pro obsluhu, 1. diagnostická stanice

Nejasnost se týká parametru: Plná HW i SW vybavenost pro vyšetření s použitím kontrastní látky. Rozumíme tomuto požadavku tak, že Zadavatel požaduje přístroj, který bude HW i SW vybaven akvizičním modulem umožňujícím provádět více snímků při nízkých (do 30 kV) i vysokých hodnotách kV (nad 40 kV) v rámci jednoho nástřiku kontrastní látky. Následně se tyto snímky zpracují a vyhodnotí v 1. diagnostické pracovní stanici. Žádáme Zadavatele, zda by upřesnil, jestli tomu rozumíme správně.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

**Ano, zadavatel potvrzuje, že vámi nabízené řešení splňuje technickou specifikaci. Nicméně Váš způsob řešení není závazný pro další dodavatele. Původní technická specifikace se tímto dotazem nemění.**

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Příloha č.7 ZD – Min. tech. podmínky pro část 1 – str. 55-56

Pasáž v ZD: strana 55 – Akviziční stanice pro obsluhu

Nejasnost se týká parametru: Kapacita pro interní uložení min. 15 000 snímků. Rozumíme tomuto požadavku tak, že Zadavatel požaduje kapacitu min. 15000 snímků resp. screeningových procedur, z nichž každá obsahuje 4 view (podsnímky). Žádáme Zadavatele, zda by upřesnil, jestli tomu rozumíme správně.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

**Ano, zadavatel potvrzuje, že vámi nabízené řešení splňuje technickou specifikaci. Nicméně Váš způsob řešení není závazný pro další dodavatele. Původní technická specifikace se tímto dotazem nemění.**

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

Příloha č.7 ZD – Min. tech. podmínky pro část 1 – str. 55-56

Pasáž v ZD: strana 56 – 1. Diagnostická pracovní stanice

Nejasnost se týká parametru: Diagnostický barevný monitor pro primární radiodiagnostiku. Rozumíme tomuto požadavku tak, že Zadavatel požaduje monitor, jehož účel je výrobcem deklarován jako medicínský monitor pro radiodiagnostiku prsu a je zdravotnickým prostředkem certifikovaným ve třídě IIb. Žádáme Zadavatele, zda by upřesnil, jestli tomu rozumíme správně.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

**Ano, zadavatel potvrzuje, že vámi nabízené řešení splňuje technickou specifikaci. Nicméně Váš způsob řešení není závazný pro další dodavatele. Původní technická specifikace se tímto dotazem nemění.**

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Příloha č.7 ZD – Min. tech. podmínky pro část 1 – str. 55-56

Pasáž v ZD: strana 56 – 2. Diagnostická pracovní stanice



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Nejasnost se týká parametru: Podpora pro sledování stavu vyšetření. Rozumíme tomuto požadavku tak, že Zadavatel požaduje ukládání dat - informací o prvním a druhém čtení (jméno lékaře a výsledek čtení) - do každé DICOM hlavičky v dané studii. Žádáme Zadavatele, zda by upřesnil, jestli tomu rozumíme správně.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

**Ano, zadavatel potvrzuje, že vámi nabízené řešení splňuje technickou specifikaci. Nicméně Váš způsob řešení není závazný pro další dodavatele. Původní technická specifikace se tímto dotazem nemění.**

V Praze dne 24. 3. 2017

**BOHEMIA BELLE, a.s.**  
*Chrástková 196, Praha 8-Karlín*  
IČO: 00223344  
DIČ: CZ00223344

**Ing. Jan Chalupa, CSc.**  
výkonný ředitel BOHEMIA-BELLE, a.s.  
z pověření zadavatele