



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Slezská nemocnice v Opavě



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČÁST 2: Infusní technika (dodatečná informace č. 1 - 3)

dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**Veřejná zakázka č. 16/30, evidenční číslo: Z2017-005510,
„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.“
Číslo spisu: SNO/BB/2017/02/zdravotnické vybavení SNO
Číslo zakázky: (P17V00000020)**

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, v souladu se ZZVZ.

**Zadavatel:
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí 746 01 Opava
IČO: 47813750**

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ níže uvedené vysvětlení a zadávací dokumentace.



Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V rámci technické specifikace Infuzní pumpa zadavatel požaduje hmotnost max. do 2 kg vč. akumulátoru. Námí nabízená sofistikovaná infuzní pumpa má hmotnost 2,4 kg, včetně akumulátoru, a navíc integrovaného kovového držáku a upínací svorky na infuzní stojan nebo medicínální lištu. Bude zadavatel akceptovat o něco málo vyšší hmotnost za těchto podmínek?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel trvá na dodržení požadované hmotnosti. Vyšší hmotnost povoluje jen v rámci obecné tolerance 10% na číselné parametry, která je uvedena v zadávací dokumentaci. Vzhledem k očekávané časté manipulaci zadavatel považuje tento parametr za velmi důležitý.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V rámci technické specifikace Tester infuzní techniky zadavatel požaduje Testování jednoduchého a dvojitého průtoku. Zařízení od subdodavatele nemá tuto funkci. Na místo ní má funkci PCA (bolus). Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel akceptuje navrhované řešení, jedná o alternativní řešení stejného medicínského účelu.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V rámci technické specifikace Tester infuzní techniky zadavatel požaduje automatizované externí spuštění bolusu. Mohl by zadavatel detailněji rozvést tento požadavek?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Jedná se o měření (testování) dávkování bolusu v případě externího spuštění. Měření musí být automatizované – tedy automaticky prováděné po spuštění externího bolusu. Externí bolus může být spuštěn např. ovládáním na testovaném přístroji.

V Praze dne 24. 3. 2017


BOHEMIA BELLE, a.s.
Křížkova 196, Praha 8-Karlín
IČO: 00223344
DIČ: CZ00223344
Ing. Jan Chalupa, CSc.

výkonný ředitel BOHEMIA-BELLE, a.s.
z pověření zadavatele