



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Slezská nemocnice v Opavě



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE **část 1: Mamografický RTG přístroj** **(č. 5 - 8)**

dle ustanovení § 98 odst. 3 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka č. 16/30, evidenční číslo: Z2017-005510,
„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.“
Číslo spisu: SNO/BB/2017/02/zdravotnické vybavení SNO
Číslo zakázky: (P17V00000020)

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, v souladu se ZZVZ.

Zadavatel:
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí 746 01 Opava
IČO: 47813750

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 odst. 2 ZZVZ níže uvedené vysvětlení změnu či doplnění zadávací dokumentace.



Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Pasáž v ZD: strana 56-57 – Pozáruční servisní smlouva

Nejasnost se týká parametru: Veškeré opravy včetně dodávky všech náhradních dílů. Vztahuje se požadavek na 5-ti letý pozáruční (full) servis také na požadované diagnostické (12 MPix) monitory?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel požaduje plný 5 letý pozáruční servis na celou část 1 veřejné zakázky - na mamografický přístroj včetně veškerého příslušenství uvedeného v technické specifikaci. Požadavek se tedy vztahuje i na diagnostické monitory.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Pasáž v ZD: strana 11 a 56 – Diagnostický barevný monitor

Nejasnost se týká parametru: Certifikace pro primární radiodiagnostiku

Zadavatel požaduje v rámci prokázání tech. kvalifikace předložení „certifikátu CE a prohlášení o shodě“. Vzhledem k tomu, že požadované diagnostické (12 MPix) barevné monitory musí být certifikované jako zdravotnický prostředek, předpokládáme, že se požadavek na předložení certifikátů v rámci prokázání kvalifikace vztahuje také na tyto monitory. Žádáme Zadavatele, zda by potvrdil, zda tomu rozumíme správně.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dodavatel musí prokázat splnění technických parametrů u nabízených přístrojů. Vzhledem k tomu, že monitory pro primární diagnostiku jsou zdravotnickými prostředky, vztahuje se požadavek i na ně.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Pasáž v ZD: strana 5 a 56 – Diagnostický barevný monitor

Nejasnost se týká parametru: instruktáž dle ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb.

Zadavatel požaduje, aby součástí plnění předmětu veřejné zakázky byla také instruktáž a provádění veškerých prací dle výrobce (provádění PBTk, kalibrace) v souladu se zákonem 268/2014 Sb. Vzhledem k tomu, že požadované diagnostické (12 MPix) barevné monitory jsou drahým a sofistikovaným zdravotnickým prostředkem, předpokládáme, že se tento požadavek vztahuje také na tyto monitory. Žádáme Zadavatele, zda by potvrdil, zda tomu rozumíme správně.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dodavatel musí zajistit instruktáž na kompletní nabízené zboží včetně příslušenství (případně i nezdravotnického). Tento požadavek tedy platí i pro diagnostické monitory, u kterých musí být provedena instruktáž dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.

Změna či doplnění zadávací dokumentace č. 8

Vzhledem k poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 - 7, prodlužuje tímto zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. 99 odst. 2 ZZVZ PRO ČÁST 1 – MAMOGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ. Lhůta pro podání nabídek končí nově dne 19. 4. 2017 v 11:00 hodin



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



středoevropského času. Podrobnější informace stanoví samostatný dokument – Příloha k DI č. 8 – Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že v systému E-ZAK (profil zadavatele) https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html je v oddíle informace o veřejných zakázkách uveden pouze jeden termín pro podání nabídek a již není technicky možné upravit termíny pro podání nabídek pro jednotlivé části. Důrazně žádáme všechny dodavatele, aby se řídili pouze termíny uvedenými ve Věstníku veřejných zakázek (TED) a v dodatečných informacích!!!! TYTO TERMÍNY JSOU ZÁVAZNÉ.

V Praze dne 5. 4. 2017

BOHEMIA BELLE, a.s.
Křižíkova 196, Praha 8-Karlín
IČO: 00223344
DIC: CZ000223344

Ing. Jan Chalupa, CSc.
výkonný ředitel BOHEMIA-BELLE, a.s.
z pověření zadavatele



ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem poskytnutí vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) prodloužit lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení, v nadlimitním režimu s názvem „**Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – ČÁST 1 - Mamografický RTG přístroj, ČÁST 2 – Infuzní technika, ČÁST 4 - Kardiokardiograf.** Lhůta pro podání nabídek končí **dne 19. 4. 2017 v 11:00 hodin** středoevropského času. Nabídku lze podat poštou na adresu zadavatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí 746 01 Opava nebo osobně na podatelnu (v budově ředitelství-pavilon A, přízemí) v pracovní době, tj. pondělí až pátek v časech 7:00-8:00, 10:00-10:30 a 12:30-13:30. V poslední den pak do 11:00 hod.

Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek podá osobně na podatelnu v sídle zadavatele nabídku, obdrží potvrzení o převzetí obálky s nabídkou. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a dodavateli (údaj o dodavateli bude získán z obálky s nabídkou), pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu doručených a přijatých nabídek dle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

Nabídku, která byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá.


Otevírání obálek s nabídkami proběhne **dne 19. 4. 2017 od 11:15 hodin** v zasedací místnosti zadavatele Slezská nemocnice v Opavě, budova ředitelství-pavilon A, 1. patro. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit statutární orgán nebo maximálně 1 zástupce účastníka řízení, jehož nabídka byla řádně přijata. V případě statutárního zástupce se tento prokáže výpisem z obchodního rejstříku, v případě jiné osoby plnou mocí vystavenou statutárním orgánem účastníka a některým z dokladů prokazujících jeho totožnost. Osoba zastupující účastníka svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek. U zahraničního účastníka je dále možná přítomnost jednoho tlumočníka. Jednání se dále mohou zúčastnit zástupci zadavatele a zástupci společnosti BOHEMIA BELLE, a.s., která zastupuje zadavatele v souladu s ustanovením § 43 zákona a zástupci řídicího orgánu v rámci IROP.

Postup komise při otevírání obálek:

Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a v souladu s § 110 odst. 2 zákona kontroluje nabídky, tedy zda byly nabídky doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s § 107 odst. 2 zákona.

Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným osobám identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. O otevírání obálek s nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat seznam nabídek, které byly otevřeny, spolu s údaji podle § 110 odst. 3 zákona.

V Praze dne 5. 4. 2017


BOHEMIA BELLE, a.s.
Křižíkova 196, Praha 8-Karlín
IČO: 00223344
Ing. Jan Chalupa, CSc.
výkonný ředitel BOHEMIA-BELLE, a.s.
z pověření zadavatele