



Dodatečné informace

k veřejné zakázce malého rozsahu č.: TRI/Gal/2017/2/Reagencie HA
na výběr dodavatele: **na dodávku reagentů spojenou s bezplatnou výpůjčkou
hematologického analyzátoru pro vyšetření krevních obrazů dárců na dobu 5 let**

Odpověď na dotazy (1)

Znění dotazu č. 1.:

Je nesplnění technického kritéria (příloha č. 1 zadávací dokumentace nazvaná „Specifikace a minimální technické požadavky“) vylučující? Konkrétně nesplnění modu s otevřenými i uzavřenými zkumavkami, propichování zkumavek.

Odpověď:

Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezil předmět veřejné zakázky, jehož minimální technické požadavky specifikoval v příloze č. 1 - „Specifikace a minimální technické požadavky“.

Zadavatel trvá na splnění stanoveného kritéria:

- možnost práce v uzavřeném i otevřeném modu - s otevřenými i uzavřenými zkumavkami, propichování zkumavek

Pokud účastník předloží nabídku a nesplnění toto kritérium, bude tato nabídka zadavatelem vyloučena.

V Třinci dne 21. 4. 2017

Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek.....

