

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce pod označením „Dodávka zdravotnické techniky pro dětskou JIP“

Zadavatel: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem: 73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268; IČ: 00534242 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o.; se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ 73961; IČ: 64087352.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Dodávka zdravotnické techniky pro dětskou JIP“

Vážení,

zadavatel obdržel dne 19.4. a 21.4. od dodavatelů níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace. Dále zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti. Zadavatel zveřejní vysvětlení stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky a to na profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vysvětlení:

Žádost č. 1

Žádost o dodatečné informace - Dodávka zdravotnické techniky pro dětskou JIP – část B Infusní Technika

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Technické specifikace vyplývá, že lineární dávkovač i infuzní pumpa musí mít bateriový provoz: min. 9h při 25ml/h pro infuzní pumpu, resp. bateriový provoz: 9 h při rychlosti dávkování 2 ml/h pro lineární dávkovač. Z vlastní zkušenosti víme, že takto dlouhá výdrž baterie není nutná, protože bateriový provoz se používá pouze při převozech pacientů mezi odděleními, kdy není potřeba tak dlouhé doby, tudíž je tato výdrž baterie zbytečná. Navíc tento požadavek může být brán jako diskriminační, protože může výrazně eliminovat možné dodavatele. Bude zadavatel akceptovat možnost výdrže baterie 6 hodin pro oba typy zařízení při daných rychlostech, kdy tato doba plně splňuje medicínský účel daného zařízení?

Odpověď:

Zadavatel trvá na původní specifikaci, lineární dávkovač i infuzní pumpa musí mít bateriový provoz: min. 9h při 25ml/h pro infuzní pumpu, resp. bateriový provoz: 9 h při rychlosti dávkování 2 ml/h pro lineární dávkovač pro zachování bezpečnosti při podávání látky. Dostatečná kapacita baterie vypovídá o kapacitě a kvalitě bateriového zdroje a s tím i spojenou životnost baterie a cyklů nabíjení. Bateriový provoz 9 hodin může nabídnout více dodavatelů.

Žádost č. 2

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Technické specifikace vyplývá, že infuzní pumpa musí mít KVO režim: 0,1 – 10 ml/h. Přitom u lineárního dávkovače zadavatel požaduje KVO režim: 0,1 – 5 ml/h. Z našich zkušeností víme, že rozsah nastavení KVO režimu mezi hodnotami 0,1 – 5 ml/h je plně dostačující. Navíc tento požadavek může být brán jako diskriminační, protože může výrazně eliminovat možné dodavatele. Bude zadavatel akceptovat u infuzní pumpy KVO režim v rozsahu 0,1 – 5 ml/h stejně jako u lineárního dávkovače kdy tento rozsah plně splňuje medicínský účel daného zařízení?

Příloha č. 3 - Prodejní manuál dávkovačů HEDY (Sales Manual of HEDY Syringe Pump-V1.2_201612)

Odpověď:

Zadavatel trvá na původní specifikaci KVO režim: 0,1 – 10 ml/h pro infuzní pumpu pro zachování bezpečnosti, širokého spektra a kvality podávání léčiv. Tento parametr může nabídnout více dodavatelů.

Žádost č. 3

Pokud Zadavatel v příloze č. 4b Technická specifikace uvádí požadavek na infuzní pumpu možnost použití infuzních setů různých výrobců. Z důvodu garance přesnosti podávání a bezpečnosti pacienta

považujeme za nutné použití dedikovaných setů, jelikož při použití univerzálních setů dalšího výrobce není možné garantovat požadovanou přesnost a bezpečnost. Bude zadavatel akceptovat přístroj, který z důvodů zajištění maximální bezpečnosti neumožňuje použití infuzních setů jiných výrobců, ale umožňuje použití široké nabídky dedikovaných setů?

Odpověď:

Zadavatel trvá na původní specifikaci s možností použití infuzních setů různých výrobců jak z hlediska ekonomiky provozu, tak z hlediska bezpečí pacienta. Zadavatel nebude akceptovat přístroj, který neumožňuje použití infuzních setů jiných výrobců.

Žádost č. 4

V případě akceptace přístroje, který umožňuje použití pouze dedikovaných setů, bude zadavatel akceptovat místo svého požadavku *kalibrace pumpy: ano (programově)* kalibraci pumpy pro dedikované sety přímo od výrobce?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat přístroj, který neumožňuje použití infuzních setů jiných výrobců a s tím i spojenou kalibraci.

Žádost č. 5

Zadavatel v příloze č. 4b Technická specifikace uvádí požadavek na infuzní pumpu *KVO režim: 0,1 – 10 ml/h*. Režim 0,1 ml/h není vhodný k udržování průchodnosti žíly pacienta a dle účastníka je takto nízká rychlost v praxi nevyužitelná. Účastník naopak nabízí pumpu s možností KVO režimu až do 20 ml/h, který v běžné praxi více vyhovuje potřebám pacienta. Bude zadavatel akceptovat infuzní pumpu s KVO režimem 1 – 20 ml/h?

Odpověď:

Zadavatel trvá na původní specifikaci KVO režim: 0,1 – 10 ml/h pro infuzní pumpu pro zachování bezpečnosti, širokého spektra a kvality podávání léčiv. Zadavatel nebude akceptovat infuzní pumpu s možností KVO režimu: 1 - 20ml/h.

Doplnění č. 1:

V dokumentu Písemná výzva k podání nabídek do zadávacího řízení pod označením „Dodávka zdravotnické techniky pro dětskou JIP“ došlo v čl. 4 k překlepu, bylo zde uvedeno, že nabídky se doručují na adresu HRAT, s.r.o.; Družstevní 294, 739 61 Třinec.

V souladu se zadávacími podmínkami a čl. 7 zadávací dokumentace platí, že nabídky se doručují na adresu **Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec**. Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Aurelie Galijaševicová tel.: 721 650 604, provozně-technický úsek Nemocnice Třinec.

Děkujeme za pochopení.

V Třinci dne 24.4.2017

Ing. Tomáš Stejskal

ředitel nemocnice

Zastoupen obchodní společností HRAT, s.r.o.

Mgr. Josef Alexander Matera

HRAT, s.r.o.