



Dodatečné informace

k veřejné zakázce malého rozsahu č.: **TRI/Gal/2017/2/Reagencie HA**
na výběr dodavatele: **na dodávku reagentů spojenou s bezplatnou výpůjčkou hematologického analyzátoru pro vyšetření krevních obrazů dárců na dobu 5 let**

Odpověď na dotazy (2)

Dotaz č. 2:

V Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce je v Příloze č. 1 Specifikace a minimální technické požadavky mimo jiné uveden i požadavek:

„obousměrná komunikace analyzátoru s LIS a IS HTO (připojení do stávajícího systému LIS a IS HTO zahrnuto v nabídkové ceně. Protokoly pro oboustranné napojení komunikace k dispozici.“

Náš nabízený analyzátor má jednosměrnou komunikaci s LIS. Domníváme se, že zadavatel požaduje obousměrnou komunikaci s LIS pro tisk/přenos hodnot na protokol jako KO + Diff nebo KO bez Diff. Toto zobrazení umožňuje zadání kódu/nastavení v IS HTO a není potřeba obousměrné komunikace s LIS.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat analyzátor s jednosměrnou komunikací s LIS, když uživatelsky splní požadavek laboratoře na zobrazování hodnot na protokolu KO + Diff nebo KO bez Diff?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat analyzátor s jednosměrnou komunikací s LIS.

Dotaz č. 3:

V Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce je v Příloze č. 1 Specifikace a minimální technické požadavky mimo jiné uveden i požadavek:

„Uchazeči ve své nabídce uvedou cenu za 1 kompletní vyšetření – cena za test včetně jednotlivých položek za veškerý odběrový a spotřební materiál potřebný pro provoz (kalibrátory, kontroly, provozní i čistící roztoky stanovené výrobcem), včetně všech nákladů spojených s provozem analyzátoru při předpokladu 7 000 vyšetření/rok, v celkovém objemu za období 5 let.“

Pro stanovení ceny za 1 kompletní vyšetření – ceny za test prosíme o stanovení počtu kontrol. Četnost kontrol si ve většině případů stanovuje laboratoř svými interními předpisy.

Dotaz zní: Může zadavatel blíže specifikovat a doplnit do níže uvedené tabulky četnost kontrol a v jakých hladinách jsou kontroly prováděny?

Provádění kontrol s četností:

1D=1x denně, tj. 20x měsíčně | 1T=1x týdně, tj. 4x měsíčně | 2T=2x týdně, tj. 8x měsíčně | 3T=3x týdně, tj. 12x měsíčně | 4T=4x týdně, tj. 16x měsíčně | 1M=1x měsíčně | 2M=2x měsíčně | 2R=2x ročně.





NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec

AKREDITOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZARIZENÍ

Kontrolní materiál	Krevní obraz		
	HIGH	LOW	NORMAL
Hladina			
Četnost			

Odpověď:


Zadavatel uvádí bližší specifikace četnosti kontrol:

KO (hladina NORMAL) - četnost 1D (1x denně)

KO (hladina HIGH) - četnost 2R (2x ročně)

KO (hladina LOW) - četnost 2R (2x ročně)

V Třinci dne 2. 5. 2017



Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek.....



IČO: 00534242
DIČ: CZ00534242

www.nemtr.cz info@nemtr.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, č.úctu: 29034781/0100



Tel.: 558 309 111