

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky“

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853
zastoupený Bc. Josefem Grocholem, MBA, ředitelem

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek pro části III, IV, VII a IX veřejné zakázky o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení a o zrušení zadávacího řízení na části VI a VIII veřejné zakázky

Rozhodnutí

I.

Zadavatel na základě hodnocení nabídek uvedeného v odůvodnění rozhodl o uzavření kupních smluv:

- 1) Pro část III této veřejné zakázky se společností AUDY s.r.o., se sídlem Brno, Žitného 1a, PSČ 63500, IČ: 00544426,
- 2) Pro část IV této veřejné zakázky se společností AUDY s.r.o., se sídlem Brno, Žitného 1a, PSČ 63500, IČ: 00544426,
- 3) Pro část VII této veřejné zakázky se společností PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Raisova 769/9, PSČ 40003, IČ: 28685521,
- 4) Pro část IX této veřejné zakázky se společností Dräger Medical s.r.o., se sídlem Praha 10, Pod Sychrovem I-81/čp.1063, PSČ 10100, IČ: 26700760,

II.

Zadavatel v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů rozhodl o vyloučení:

- 1) Uchazeče č. 5 – společnost Dräger Medical s.r.o., se sídlem Praha 10, Pod Sychrovem I-81/čp.1063, PSČ 10100, IČ: 26700760 a uchazeče č. 10 – společnost PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Raisova 769/9, PSČ 40003, IČ: 28685521 z účasti

v zadávacím řízení na část I předmětné veřejné zakázky.

- 2) Uchazeče č. 2 – společnosti QUICKSEAL INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Praha 10, Korytná 47, PSČ 10000, IČ: 27370917 z účasti v zadávacím řízení na část II předmětné veřejné zakázky.
- 3) Uchazeče č. 1 – společnosti AUDY s.r.o., se sídlem Brno, Živného 1a, PSČ 63500, IČ: 00544426 z účasti v zadávacím řízení na část V předmětné veřejné zakázky.

III.

V souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení na část VI a část VIII této veřejné zakázky, a to z důvodu, že do těchto částí veřejné zakázky nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky.

Odůvodnění

Odůvodnění vyloučení uchazečů

- 1) Zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče č. 5 – společnosti Dräger Medical s.r.o., se sídlem Praha 10, Pod Sychrovem I-81/čp.1063, PSČ 10100, IČ: 2670076 a uchazeče č. 10 – společnost PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Raisova 769/9, PSČ 40003, IČ: 28685521 z účasti v zadávacím řízení na část I předmětné veřejné zakázky, a to z důvodu, že nabídky těchto uchazečů nesplnily v rámci dané části veřejné zakázky technickou specifikaci – konkrétně požadavek na plynulé nastavení průměru světelného pole v rozsahu 25 – 30 cm, kdy z předložených materiálů v nabídce vyplývá rozsah 19-28cm.
- 2) Zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče č. 2 – společnosti QUICKSEAL INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Praha 10, Korytná 47, PSČ 10000, IČ: 27370917 z účasti v zadávacím řízení na část II předmětné veřejné zakázky, a to z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče nesplnila v rámci dané části veřejné zakázky technickou specifikaci – konkrétně požadavek „doba provozu akumulátoru více než 3 hodiny“, kdy z předložených materiálů v nabídce vyplývá délka provozu max. 2,5 hod. a požadavek „kalibrační napětí 1 mV +/-3%“, kdy z předložených materiálů v nabídce vyplývá kalibrační napětí 1 mV +/-5%.
- 3) Zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče č. 1 – společnosti AUDY s.r.o., se sídlem Brno, Živného 1a, PSČ 63500, IČ: 00544426 z účasti v zadávacím řízení na část V předmětné veřejné zakázky, a to z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče nesplnila v rámci dané části veřejné zakázky technickou specifikaci – konkrétně požadavek „systém střídání tlaku 1 ze 4 komor“, kdy z předložených materiálů v nabídce vyplývá střídání tlaku 1 ze 2 komor a požadavek „možnost připojení antidekubitní aktivní sedací podložky“.

Hodnocení nabídek:

Hodnocení Části III – Křeslo vyšetřovací - oftalmologické:

Základní hodnotící kritérium „Nejnižší nabídková cena“

Nabídka č.	Uchazeč	Celková cena bez DPH v Kč	Bodová hodnota	Výsledné pořadí
1	AUDY s.r.o.	160.824,00	100,00	1.
10	PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.	337.112,55	47,71	2.

Hodnocení Části IV – Váha nájezdová:

S ohledem ke skutečnost, že do této části veřejné zakázky podal nabídku pouze jeden uchazeč –

společnost AUDY s.r.o., nepřistoupila komise v souladu s ust. § 79 odst. 6 ZVZ k provedení hodnocení nabídky.

Hodnocení Části VII – C-rameno:

S ohledem ke skutečnost, že do této části veřejné zakázky podal nabídku pouze jeden uchazeč – společnost PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., nepřistoupila komise v souladu s ust. § 79 odst. 6 ZVZ k provedení hodnocení nabídky.

Hodnocení Části IX – Anesteziologický přístroj:


Základní hodnotící kritérium „Nejnižší nabídková cena“

Nabídka č.	Uchazeč	Celková cena bez DPH v Kč	Bodová hodnota	Výsledné pořadí
5	Dräger Medical s.r.o.	1.038.500,00	100,00	1.
8	medisap,s.r.o.	2.100.000,00	49,45	2.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí zadavatele lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. 110 odst. 4 ZVZ. Před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 ZVZ nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.

V Karviné dne 09.11.2016



Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
zastoupená Bc. Josefem Grocholem, MBA, ředitelem