

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. I

k veřejné zakázce

„Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů pro NIP, DIOP Orlová - plicní ventilátory“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

I)

Dotaz:

Zadavatel vyžaduje v Technických požadavcích na přístroj základní technický parametr: „integrovaná volumetrická kapnometrie – min. monitorace hodnot VCO₂, V_d a etCO₂, včetně trendových záznamů po dobu min. 96 hodin“

Účastník nabízí obdobné technické řešení splňující medicínský účel spočívající v trendech 72 hodin (víkendový záznam)při rozlišení 1min zahrnující všechna měřená data a provedené změny záznamu v nastaveních. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na specifikaci tak, jak je uvedena v zadávací dokumentaci.

V Ostravě dne 13.06.2016

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka