

DODATEČNÁ INFORMACE č. II

k veřejné zakázce

„Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů pro oddělení NIP a DIOP v Orlové – plicní ventilátory“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

I)

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: Integrovaná volumetrická kapnometrie – min. monitorace hodnot VCO_2 , Vds a etCO_2 , vč. trendových záznamů po dobu min. 96 hodin.

Námi dodávaný přístroj v současné době nenabízí dopočítávaný parametr objemu fyziologického mrtvého prostoru ve většině publikací označovaného V_D . Bude zadavatel akceptovat nabídku doplněnou čestným prohlášením výrobce, že výše zmíněný parametr bude v další softwarové aktualizaci na začátku příštího roku s konkrétním datem?

Odpověď:

Ne, zadavatel takovýto parametr nebude akceptovat.

Zadávací dokumentace se nijak nemění.

V Ostravě dne 22.06.2017

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka