

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZ Dodávka 2 ks myček podložních mís

na základě žádosti ze dne 28.06.2017

I. Dotaz:

Váš požadavek: - dezinfektor pracující na principu parní dezinfekce.

Náš požadavek na změnu: - odstranění tohoto parametru ze zakázky z důvodů diskriminace moderních nízkoteplotních technologií (konkrétně námi dodávané technologie na principu nízkoteplotní sterilizace s pomocí aktivního kyslíku)

Na podporu tohoto požadavku uvádím, že i v nemocnici Orlová jsou již námi dodány tyto myčky a fungují spolehlivě již několik let. Dále tato naše technologie je ekologická - nepotřebuje žádnou doplňkovou chemii jako jsou dezinfekce nebo změkčovadla, je Ekonomická - ke svému provozu nepotřebuje drahou teplou vodu a vysoký příkon.

Dosahuje stupně sterilizace (doložíme potvrzením ze SZU Ostrava, že splňujeme podmínky platných norem)

Dále požadujeme o rozšíření hodnotících kritérií o ekonomiku provozu zařízení v horizontu Vámi požadovaných záruk (min 36 měsíců, max 8 let) která zohlední i náklady na spotřebu vody, elektřiny a pomocných chemikálií nutných pro provoz.

Předem děkujeme.

Odpověď:

Požadavek na dezinfektor pracující na principu parní dezinfekce nebude odstraněn.

S touto technologií máme velmi dobré zkušenosti napříč mnoha odděleními nemocnice.

Naproti tomu, pokud jde o myčku s technologií na principu nízkoteplotní sterilizace s pomocí aktivního kyslíku, na našem pracovišti je pouze 1 ks tohoto druhu a od dodání byly u tohoto přístroje vleklé problémy s elektronikou. Nemáme tedy o tuto technologii dále zájem.

Z tohoto důvodu zadavatel požaduje také za bezpředmětné rozšiřovat hodnotící kritéria o ekonomiku provozu v dlouhodobějším horizontu.

V Karviné dne 30.06.2017

Vyřizuje: Bc. Alexandra Stušová