



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.9 s platností od 02. 06. 2017, **v rámci projektu s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“** spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, 06.2.562.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001498, zkrácený název projektu: Návazná péče Třinec.

1) Zadavatel:

Název:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Se sídlem:	739 61 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268
Zastoupena:	Ing. Tomáš Stejskal, ředitel nemocnice
Právní forma:	331 - Příspěvková organizace
IČ:	00534242
DIČ:	CZ 00534242

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka Pr 908

Kontaktní osoba:	Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
Telefon:	+420 602258959, +420 558309751
E-mail:	josef.cieslar@nemtr.cz

2) Osoba zastupující zadavatele:

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Ambrozová
Telefon: + 420 731 166 078, + 420 515 917 652
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: ambrozova@grantika.cz

I.

Dne 29. 06. 2017 bylo elektronickým odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s ust. § 56 ZZVZ zahájeno otevřené řízení k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby (ev. č. zakázky: Z2017-017431).

II.

Dne 12. 07. 2017 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s čl. XIV. odst. 1 písm. a) bod ii. zadávací dokumentace a § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny e-mailem níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v části E požaduje dodání 11 ks Myček podložních mís a bažantů. Zadavatel požaduje konkrétní provedení dveřní konstrukce, které je specifické pro přístroje výrobce Discher. Způsob provedení dveří nemá vliv na funkčnost a účel přístroje. Námi dodávané přístroje mají utěsnění dveří řešené způsobem, který zaručuje dokonalé uzavření přístroje. Těsnění je v rámu dveří chráněné proti poškození při manipulaci s čistěnými nádobami. Naše technické řešení zaručuje těsnost a dlouhou životnost uzavírání bez nutnosti výměny těsnění a to nejméně na 10 000 cyklů. Žádáme zadavatele, aby z důvodu nediskriminace a otevření výběrového řízení více uchazečům umožnil nabídku myček podložních mís a bažantů s těsněním chráněným před poškozením v rámu dveří.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízené technické řešení, které plně splňuje požadovaný účel a použití?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že parametr „dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí bez použití těsnění“ mu zaručuje provozovat myčku bez nákladů spojených s opravou opotřebovaného nebo poškozeného těsnění s eliminací nákladů spojených s pozáručním servisem. Toto řešení zaručuje bezprecedentní těsnost a dlouhodobou životnost uzavírání komory bez nutnosti výměny těsnění. V současné době existuje více výrobců, kteří splňují zadavatelem požadovaný parametr. Pro upřesnění zadavatel uvádí, že před vyhlášením zadávacího řízení byla zadávací dokumentace vč. všech příloh, tedy i zmiňované technické specifikace, předložena na schválení odborníkům, kteří dohlíží nad čerpáním dotací EU, a tato specifikace byla odsouhlasena.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v příloze č. 9 – Technické podmínky k části G – Infuzní technika uvádí požadavek na infuzní pumpu *Možnost použití infuzních setů různých výrobců*. Z důvodu garance přesnosti podávání a bezpečnosti pacienta považujeme za nutné použití dedikovaných setů, jelikož při použití univerzálních setů dalšího výrobce není možné garantovat požadovanou přesnost a bezpečnost. Bude zadavatel akceptovat přístroj, který z důvodů zajištění maximální bezpečnosti neumožňuje použití infuzních setů jiných výrobců, ale umožňuje použití široké nabídky dedikovaných setů?
Předem děkuji za odpověď.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel trvá na požadavku na infuzní pumpu s možností použití infuzních setů různých výrobců, kdy toto řešení nabízí a garantuje více výrobců.

V Brně dne 14. 07. 2017

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, p. o.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Mgr. Věra Ambrozová
Erste Grantika Advisory, a.s.
Poradce pro výběrová řízení
v zastoupení zadavatele