

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek

VZ „Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – doplnění a obnova zdravotnické techniky“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – doplnění a obnova zdravotnické techniky“

I. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem
profil zadavatele na: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

II. Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je JUDr. Rita Kubicová, advokátka, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 71332529, která je zadavatelem zmocněna ke všem úkonům souvisejícím s tímto zadávacím řízením a zároveň jsou jí učiněné úkony rozhodnými pro počátek či ukončení běhu lhůt dle ZZVZ.

Kontaktní údaje:

e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu nebo kubicova@advokatkakubicova.eu

telefon: +420 608 831 124 nebo +420 733 395 595

Dodavatel je povinen doručovat veškeré písemnosti v písemné tištěné podobě kontaktní osobě zadavatele, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly kontaktní osobě zadavatele doručeny. Ode dne doručení započne i běh případných lhůt vázaných na doručení písemností ze strany dodavatele. **Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč.**

III. Rozsah zakázky a technické podmínky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby 2016) přístrojů:

- Endoskopická věž (1 ks)
- Laparoskopická věž (1 ks)
- Morcelátor (1 ks)

pro potřeby pracovišť zadavatele.

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 98 ZVZ rozdělena na 3 části, a to:

Část I. – Endoskopická věž

Část II. – Laparoskopická věž

Část III. – Morcelátor

Technická specifikace:

Část I. – Endoskopická věž (1 ks)

Technické základní parametry

- LCD monitor 24“
- Videoprocessor
- Xenonový zdroj světla
- Videogastroskop
- Videokolonoskop
- Odsávací pumpa s příslušenstvím (láhev 2,5 l, držák láhve, hadice vč. koncovek, jednorázové sáčky(1 bal.), steril. pac. hadice (1 bal.)
- Oplachová pumpa s příslušenstvím (adaptér pro napojení oplachu (1 bal.), resterilizovatelná hadice pro napojení oplachu
- Elektrokoagulační jednotka s možností rozšíření o argon plasma koagulaci vč. příslušenství (kabely pro připojení pacient. destičky, kabel pro připojení HF instrumentů, jednorázové pacient. destičky (1 bal.)
- Insuflátor pro flexibilní endoskopii vč. příslušenství (vysokotlaká hadice pro napojení CO2)
- Držák pro CO2 láhev
- Záznamové zařízení MediCap USB 300
- Nožní pedál
- Přístrojový endoskopický vozík e soupravou pro síťové připojení

Upřesnění technických parametrů

1) LCD monitor

- a) úhlopříčka min. 24“
- b) HDTV rozlišení obrazu
- c) minimální kontrast 1000:1
- d) zobrazovací úhel alespoň 170°
- e) antireflexní úprava
- f) certifikace MDE
- g) zavěšení – 100 mm VESA/WVESA

2) Videoprocessor

- a) Úzkopásmové zobrazování kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice.
- b) elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5-100 mm), Near (hloubka pole 2 - 6 mm)
- c) zobrazovací systém - CCD čip s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV)
- d) Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu
- e) obrazový výstup – 16:9 nebo 16:10 pro HDTV monitor
- f) nastavení velikosti zobrazení
- g) nastavení zvýraznění obrazu
- h) automatické nastavení bílé - nebo ručně přes čelní panel
- i) Iris Mode – potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované

- j) zmrazení obrazu
 - k) kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (uložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace
 - l) archivace obrázků
 - m) přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti a ochrany předchozích investic plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy na pracovišti endoskopického centra zadavatele.
- 3) Xenonový zdroj studeného světla
- a) možnost napojení endoskopu do videořetězce pouze přes zdroj světla
 - b) automatické uložení předchozího nastavení
 - c) možnost využít funkce úzkopásmového zobrazování
 - d) automatické nastavení intenzity osvětlení
 - e) hlavní vyšetřovací lampa – min. 300 W (xenonová lampa)
 - f) záložní lampa
 - g) spuštění prosvětlování
 - h) vzduchová pumpa
 - i) přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti a ochrany předchozích investic plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy na pracovišti endoskopického centra zadavatele.
- 4) Videogastroskop
- a) videogastroskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice
 - b) zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV).
 - c) optický systém
 - i. zorné pole – min. 140°
 - ii. směr pohledu - přímý pohled
 - iii. hloubka pole: 2 -100 mm
 - d) zaváděcí tubus
 - i. zevní průměr distálního konce – max. 10 mm
 - ii. zevní průměr tubusu – max. 10 mm
 - iii. pracovní délka – min. 1000 mm
 - iv. přídavný oplachový kanál – tzv. WaterJet
 - c) pracovní kanál s vnitřním průměrem min. 2,5 mm
 - d) ohybová část rozsah anulace vždy min.:
 - i. nahoru 210°
 - ii. dolů 90°
 - iii. doprava 100°
 - iv. doleva 100°
 - e) přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti a ochrany předchozích investic plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (videoprocessor CV-190 Exera III Olympus, zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.

- 5) Videokolonoskop
 - a) Videokolonoskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek koreluji s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice.
 - b) zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).
 - c) optický systém
 - i. zorné pole – min. 140°
 - ii. směr pohledu - přímý pohled
 - iii. hloubka pole: 2 -100 mm
 - d) zaváděcí tubus
 - i. zevní průměr distálního konce – max. 13 mm
 - ii. zevní průměr tubusu – max. 13 mm
 - iii. pracovní délka – min. 1600 mm
 - iv. musí mít přídavný oplachový kanál – tzv. WaterJet
 - c) pracovní kanál vnitřní průměr – min. 3,5 mm
 - d) ohybová část rozsah anulace vždy min.:
 - i. nahoru 180°
 - ii. dolů 180°
 - iii. doprava 160°
 - iv. doleva 160°
 - e) přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti a ochrany předchozích investic plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (videoprocessor CV-190 Exera III Olympus, zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.
- 6) Odsávací pumpa
 - a) odsávací vakuové čerpadlo
 - b) odsávací láhev min. 1,5 litru
 - c) držák láhve
 - d) nominální vakuum - min. 80 kPa
 - e) výkon min. - 20 L / min
 - f) hadice vč. koncovek
 - g) jednorázové sáčky (1 bal.)
 - h) steril. pac. hadice (1 bal.).
- 7) Oplachová vodní peristaltická pumpa
 - a) ovládání přímo z endoskopu nebo přídavnou šlapkou
 - b) kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka
 - c) automatické vypnutí v případě prázdné nádoby
 - d) autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)
 - e) průtok - max. 750ml/min přes pracovní kanál
 - f) průtok - max. 230ml/min přes přídavný oplach. Kanál
 - g) adaptér pro napojení oplachu (1 bal.)
 - h) resterilizovatelná hadice pro napojení oplachu.
- 8) Elektrochirurgická jednotka vč. příslušenství

- a) vysokofrekvenční výstup – výstupní metody – monopolární módy
- b) typy módů:
 - i. 5 pro řezání – Cut 1, 2, 3 a pulsní řez (Pulse Cut – slow a fast)
 - ii. 3 pro koagulaci (Soft, Forced 1 a Forced 2)
- c) vysokofrekvenční výstup – výstupní metody – bipolární módy
- d) typy módů:
 - i. 3 pro řezání – Cut 1, 2, 3
 - ii. 3 pro koagulaci – Soft Coag, RF Coag, RF Coag+RCAP (RCAP = Resistance Controlled Automatic Power)
- e) základní frekvence 330 – 380 kHz
- f) maximální výstup 120 W
- g) ovládání výstupu nožním spínačem
- h) příslušenství:
 - i. kabely pro připojení pacient. destičky
 - ii. kabel pro připojení HF instrumentů
 - iii. jednorázové pacient. destičky (1 bal.).
- 9) Insuflační jednotka CO₂ vč. příslušenství
 - a) CO₂ plyn určený pro zdravotnické použití – láhev nebo rozvod
 - b) indikace zdrojového tlaku
 - c) tlak přiváděného plynu - maximální tlak pro přívod 45 kPa
 - d) možnost nastavení časovače
 - e) příslušenství:
 - i. vysokotlaká hadice pro napojení CO₂
 - ii. držák pro CO₂ láhev
- 10) Záznamové zařízení
 - a) záznamové zařízení umožňující ukládat videosekvence z vyšetření na integrovaný pevný disk, přímo na USB paměťové medium nebo externí HDD
 - b) MDE certifikace
 - c) LCD náhledový display
 - d) Interní HDD
 - e) podpora USB2,0 vysokorychlostní
 - f) snímací pedál
- 11) Pojízdňý endoskopický vozík
 - a) mobilní,
 - b) pět polic, minimálně jedna výsuvná
 - c) držák pro dva endoskopy
 - d) polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA
 - e) homologovaná šesti-zásuvka 230V/50Hz, přívod 3m

Přístroj je využíván v chirurgických a interních oborech pro diagnostické vyšetření a terapeutické zákroky zažívacího traktu.

Část II. – Laparoskopická věž (1 ks)

Technické základní parametry

- Zdroj světla LED s výkonem jako 200 až 300 W xenon
- LCD monitor Full HD 26“
- Videoprocessor
- Kamerová hlava 3-čipová
- Optiky o průměru 10 mm, 0° (3 ks) a optiky o průměru 10 mm, 30° (3 ks) vč. světlovodných kabelů (6 ks)
- Oplachová pumpa
- Insuflátor s předehřevem vč. příslušenství (vysokotlaká hadice pro napojení CO2)
- Držák pro CO2 láhev
- Přístrojový laparoskopický vozík s ramenem a soupravou pro síťové připojení

Upřesnění technických parametrů

- 1) zdroj světla LED s výkonem jako 200 až 300 W xenon
- 2) LCD monitor Full HD 26“
- 3) videoprocessor s výstupem USB, HDMI
- 4) kamerová hlava 3-čipová
- 5) optiky o průměru 10 mm, 0° (3 ks) a optiky o průměru 10 mm, 30° (3 ks) vč. světlovodných kabelů (6 ks)
- 6) oplachová pumpa
- 7) insuflátor s předehřevem vč. příslušenství (vysokotlaká hadice pro napojení CO2)
- 8) držák pro CO2 láhev
- 9) přístrojový laparoskopický vozík s ramenem a soupravou pro síťové připojení
- 10) přístroje propojeny na stejný potenciál tak, že z přístrojového vozíku veden pouze jeden kabel.

Přístroj je využíván pro veškeré laparoskopické výkony chirurgické, gynekologické, urologické, endoskopické a ORL.

Část III. – Morcelátor (1 ks)

Technické základní parametry

- řídicí jednotka Morcelátoru
- elektronický mikromotor 21 s kabelem, sterilizovatelný
- variabilní nožní spínač i pro operační sály
- převodovka morcelátoru
- ergonomická rukojeť převodovky
- tryska pro NOU - Clean sprej

Upřesnění technických parametrů

- myomektomie
 - laparoskopické supracervikální hysterektomie,
 - totální laparoskopické hysterektomie,
 - nefrektomie.
- 1) morcelační systém k zajištění rychlého a bezpečného odebírání tkání laparoskopicky,

- 2) ovládaný nožním pedálem,
- 3) s trokary a noži ve třech různých průměrech (12, 15 a 20 mm) vč. dalšího příslušenství.
- 4) autoklávovatelné nástroje.
- 5) plynule nastavitelné otáčky řízené mikroprocesorem minimálně od 100 do 1.000 ot./min.
- 6) nastavení směru otáčení na obě strany.
- 7) motor připojitelný tak, aby při zavádění trokaru nebyl motor jeho součástí, ale až po zavedení nástroje se motor připojí.
- 8) sterilizační nerezové síto pro uložení motoru, pohonu, ručky morcelátoru, těsnění úchopových kleští.
- 9) sterilizační nerezové síto pro uložení řezacích tubusů, obturátoru a vnějších tubusů.

Přístroj je využíván v gynekologii především myomektomiích, laparoskopických supracervikálních hysterektomiích, totálních laparoskopických hysterektomiích.

Další požadavky zadavatele na předmět plnění:

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky za jakost minimálně 36 měsíců, a to jak na dodané zboží, tak v něm případně obsažený software, včetně servisní podpory na hardware a software.

V rámci své nabídky dodavatel předloží doklad prokazující shodu požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Dodavatel je oprávněn v rámci prokázání kvalifikace předložit prostou kopii tohoto dokladu.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v příloze č. 1 obchodních podmínek (kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou, a to pro každou část veřejné zakázky, do které dodavatel podává svou nabídku.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč (dodavatel) po dobu záruky bezplatně poskytoval záruční servis v místě plnění a v tomto rozsahu:

- provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a dle požadavků výrobce, prodávající rovněž zodpovídá za dodržování předepsaných lhůt,
- provádění servisu a oprav dle §§ 64 a 66 zákona č. 268/2014 Sb. a dle platných technických norem,
- provádění revize elektrických zařízení dle platných ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353 a dle požadavků výrobce,
- v případě, že se jedná o zdravotnický prostředek se zdrojem ionizujícího záření, požadujeme po dobu záruky zajištění zkoušek dlouhodobé stability dle zákona č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření („atomový zákon“),
- v případě, že se jedná o zdravotnický prostředek s měřicí funkcí, požadujeme provádění pravidelných předepsaných ověření, popř. kalibrací dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a dle požadavků výrobce,
- provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení přístrojů,
- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.

V rámci záručního servisu bude uchazeč (dodavatel) pravidelně provádět bezplatně prohlídky přístrojů a jejich údržbu (dále též „odborná údržba“) dle doporučení výrobce, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost přístroje. Odborná údržba dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky apod.

V rámci své nabídky dodavatel předloží popis a fotografie (např. ve formě brožury) jím nabízeného zboží.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců

kupujícího s obsluhou zboží tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce, a to vždy během záruční doby na vyžádání zadavatele, včetně přeložení pověření konkrétního školitele výrobcem v souladu s platnými právními předpisy.

Dodavatel provede přijímací zkoušku funkčnosti nabízeného zboží.

IV. Termín a místo plnění

4.1. Termín plnění

Požadovaný termín dodání zboží je do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.2. Místo plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění určeného kupujícím.

V. Kvalifikace

Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů musí být součástí nabídky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

- a) základní způsobilost,
- b) profesní způsobilost,
- c) technickou kvalifikaci.

5.1. Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Výzvy) dle ust. § 53 odst. 4 ZZVZ prokáže základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ. Tím není vyloučena možnost nahrazení prokázání základní způsobilosti postupem podle ust. § 87 nebo ust. § 226 odst. 1 ZZVZ.

5.2. Profesní způsobilost

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (doklad bude pokrývat v plném rozsahu předmět veřejné zakázky),
- c) doklad prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů – konkrétně doklad prokazující způsobilost dodavatele, jakožto osoby zacházející se zdravotnickými prostředky, k jejich prodeji, distribuci a servisu dle ust. § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tím není vyloučena možnost nahrazení prokázání profesních kvalifikačních předpokladů postupem podle ust. § 226 odst. 1 ZZVZ. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.

5.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace pro plnění předmětné zakázky zadavatel s ohledem na předmět plnění požaduje **seznam významných dodávek provedených dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení** (Příloha č. 3 Výzvy).

Ze seznamu významných dodávek a odpovídajících osvědčení musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 3 významné dodávky obdobného typu. Dodávkou obdobného typu se rozumí dodávka s obdobným plněním, jaké je předmětem této zakázky.

Kontrolu prokázání kvalifikace a hodnocení nabídek provede hodnotící komise ustanovená zadavatelem.

VI. Obsah a forma nabídky

- 6.1. Nabídka bude obsahovat krycí list, na kterém bude uvedeno:
 - identifikační údaje dodavatele v rozsahu uvedeném v ust. § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy),
- 6.2. Nabídková cena - viz čl. VII Zadávací dokumentace
- 6.3. Doklady o prokázání splnění kvalifikace dle čl. V musí být součástí nabídky.
- 6.4. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele(ů), pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace či zakázky, a toto prokazuje prostřednictvím poddodavatele, nebo pokud dodavatel není schopen splnit celý předmět veřejné zakázky a k tomuto hodlá využít poddodavatele. Příslušný formulář dodavatelé naleznou v příloze č. 5 Výzvy.
- 6.5. Nabídka musí být zpracovaná ve všech částech v českém jazyce a předložena v originále. Dodavatel je oprávněn podat nabídku pouze na jednu část nebo obě části veřejné zakázky.
- 6.6. Všechny listy nabídky budou dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky s uvedením celkového počtu listů nabídky.
- 6.7. Součástí nabídky dodavatele musí být Obchodní podmínky, které zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje formou kupní smlouvy tvořící přílohu č. 4 Výzvy. Dodavatel přiloží do své nabídky obchodní podmínky doplněné (viz poznámky v textu a včetně všech příloh) a podepsané oprávněnou osobou, a to pro ty části veřejné zakázky, do kterých podává svou nabídku.

Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. **Zadavatel změnu obchodních podmínek, vyjma částí určených k doplnění dodavatelem (v textu zřetelně označeno), neumožňuje.** Jakákoli nepovolená změna bude automaticky znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.
- 6.8. Nabídka musí obsahovat kopii dokladu prokazující shodu požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka.
- 6.9. Nabídka musí obsahovat popis a fotografie (např. ve formě brožury) dodavatelem nabízeného zboží.

Dodavatel je povinen zaslat svou nabídku kontaktní osobě zadavatele ve lhůtě, způsobem a na místě specifikovaném v bodě 5 Výzvy. Nabídky doručené kontaktní osobě zadavatele po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Tyto opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

VII. Nabídková cena

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést nabídkovou cenu na celý předmět plnění, která bude členěna

podle následujících tabulky na:

- cena položky bez DPH,
- výše DPH (% a Kč),
- cena položky včetně DPH

Plnění	Cena bez DPH v Kč (doplň dodavatel)	DPH ...% v Kč (doplň dodavatel)	Cena celkem vč. DPH (doplň dodavatel)
..... značky typ (...ks) (doplň dodavatel)			
Nabídková cena celkem (doplň dodavatel)			

Celková nabídková cena, jakož i nabídková cena za jednotlivé části veřejné zakázky je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) pouze za podmínek uvedených v obchodních podmínkách (kupní smlouvě), které jsou uvedeny v příloze č. 4 Výzvy.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši platné ke dni podání nabídky.

V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované touto zadávací dokumentací (včetně vyplněných příloh Obchodních podmínek), jedná se o nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

Variantní řešení se nepřipouští.

VIII. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném a včasném protokolárním předání zboží. Lhůta splatnosti faktury činí s ohledem na povahu plnění a způsob financování 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícím (zadavatel).

IX. Mimořádně nízká nabídková cena

Při posouzení nabídek provede hodnotící komise posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky). Hodnotící komise posoudí výši

nabídkových cen k předpokládané hodnotě, přičemž zohlední i vzájemný poměr nabídkových cen (případný vliv konkurenčního prostředí na výši nabídkových cen).

Zadavatel si vyžádá zdůvodnění výše nabídkové ceny, pokud dodavatel předloží nabídkovou cenu s odchylkou 20 a více % od předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

X. Další informace a údaje

Písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen zaslat na adresu kontaktní osoby zadavatele dle bodu II Zadávací dokumentace.

Požadované dokumenty, a to v textovém editoru MS Word, zadavatel poskytne prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v bodě II zadávací dokumentace každému dodavateli na jeho výslovnou žádost, avšak pouze v rozsahu příloh č. 3 a 4 Výzvy. Zadavatel v rámci podané nabídky rovněž akceptuje dodavatelem ručně doplněnou dokumentaci ve shora uvedeném rozsahu.

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka