



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.9 s platností od 02. 06. 2017, v rámci projektu s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, 06.2.562.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001498, zkrácený název projektu: Návazná péče Třinec.

1) Zadavatel:

Název: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Se sídlem: 739 61 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268
Zastoupena: Ing. Tomáš Stejskal, ředitel nemocnice
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
IČ: 00534242
DIČ: CZ 00534242

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka Pr 908

Kontaktní osoba: Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
Telefon: +420 602258959, +420 558309751
E-mail: josef.cieslar@nemtr.cz

2) Osoba zastupující zadavatele:

Obchodní firma: Erste Grantika Advisory, a.s.
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Ambrozová
Telefon: + 420 731 166 078, + 420 515 917 652
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: ambrozova@grantika.cz

I.

Dne 29. 06. 2017 bylo elektronickým odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s ust. § 56 ZZVZ zahájeno otevřené řízení k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky (ev. č. zakázky: Z2017-017431).

Dotazy ve vysvětleních zadávací dokumentace jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou, a proto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 začíná dotazem číslo 3.

II.

Dne 21. 07. 2017 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s čl. XIV. odst. 1 písm. a) bod ii. zadávací dokumentace a § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny e-mailem níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje v částech A-K mnohé technické číselné parametry a technické vlastnosti přístrojů v jednotlivých technických podmínkách.

Připustí zadavatel odchylku od uvedených parametrů v rozsahu obvyklých +/- 10 % od udávaných číselných hodnot dle věstníku Ministerstva zdravotnictví, neboť tato tolerance v žádném případě neovlivní klinicko-medicínské vlastnosti poptávaných přístrojů?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel nepřipouští odchylku od parametrů uvedených v závazném textu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 15 zadávací dokumentace, a technických podmínkách jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky, které jsou přílohami č. 3 až 14 zadávací dokumentace.

Zadavatel v čl. 3 zadávací dokumentace stanovuje, že jím vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných, pokud to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky splnění medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v části B – Systém pro ohřev pacienta požaduje „Ruční regulace teploty v rozsahu 4 – 40 st. C°.“ Jsme schopni nabídnout modernější sofistikovaný systém, který nepotřebuje ruční regulaci. Ruční regulace může vést k nižší bezpečnosti a možné chybě.

Bude zadavatel akceptovat modernější systém s automatickou regulací, která je z řady pohledů bezpečnější a účinnější při řízení teploty pacienta bez této ruční regulace?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel trvá na požadované technické specifikaci. Zadavatel umožňuje nabídnout systém modernější jak s automatickou tak mechanickou regulací za podmínek splnění stávající technické specifikace kde zadavatel stanovil ruční regulaci teploty v rozsahu 4 – 40 st. C a automatickou regulaci v rozsahu 32 – 38 st.C pro přesnější nastavení systému během provozu.

Zadavatel takto předložil technickou specifikaci odborníkům CRR a ta byla takto schválena.

Dotaz č. 5:

Zadavatel v části B – Systém pro ohřev pacienta požaduje „Výkon min. 500 W.“ Tento požadavek je zcela nejasný. Výkon čeho zadavatel požaduje? Údaj o výkonu není měřítkem kvality systému pro chlazení a ohřev pacientů. Existují různé konstrukce výrobců těchto systémů, které mají různou efektivitu a účinnost. I přístroj mající stejnou či vyšší hodnotu může být ve výsledku horší a přístroj s nižší hodnotou může být ve výsledku výrazně lepší.

Vzhledem k výše uvedeným faktům vyřadí zadavatel tento parametr z hodnocení?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel trvá na požadované technické specifikaci a nevyřadí tento parametr.

Výkon min. 500 W je stanoven jako výkon systému zajišťující rychlý a bezpečný ohřev/ochlazení pacienta. U systémů s nižším výkonem může dojít k prodloužení procedury a snížení tak kvality poskytnuté péče.

Zadavatel takto předložil technickou specifikaci odborníkům CRR a ta byla takto schválena.

Dotaz č. 6:

Zadavatel v části B – Systém pro ohřev pacienta požaduje „Další požadované matrace, 2 ks chladicí a celotělové matrace o délce cca 180 cm, Čepice na chlazení, Krční chladicí límec.“

Požadované matrace vyplývají z jistého konkrétního výrobku. Různí výrobci mají různá řešení, která mají stejný medicínský účel a mají stejnou a lepší efektivitu. Uchazeč nabízí nejmodernější systém příkrývek/matrací, kde pokrytí je více než 85 procent povrchu. Proto netřeba kombinace s dalšími límcí či čepicemi.

Bude zadavatel akceptovat nabídku modernějšího vysoce účinného systému, který vzhledem k vysoké účinnosti nepotřebuje chladicí čepice a límec?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel trvá na požadované technické specifikaci, kdy požaduje dodání dalších matrací

- *2ks chladicí a celotělové chladicí matrace o délce cca 180 cm*
- *čepice na chlazení*
- *krční chladicí límec*

Včetně veškerého příslušenství (hadice, matrace, veškerá teplotní čidla jak pro děti tak dospělé).

Tento nezbytně nutný soubor zajistí bezprecedentní pokrytí požadovaných aplikací jak v oblasti těla, tak i ve specializovaných částech (hlava a krk).

Zadavatel takto předložil technickou specifikaci odborníkům CRR a ta byla takto schválena.

Dotaz č. 7:

Zadavatel v části CH – lůžka v jejich specifikaci uvádí požadavek „integrované dělené plastové postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění a ergonomickým ovládáním pokrývající cca ¾ ložné

plochy (možnost opuštění lůžka pacientem v nožní části lůžka bez spuštění postranice)“. Dle dostupných informací o trhu konstatujeme, že tyto rozměry odpovídají výrobkům jednoho tuzemského výrobce. Máme tomu rozumět tak, že tento výrobce je upřednostňován a jeho řešení je jediné akceptovatelné, nebo zadavatel bude akceptovat i řešení ostatních výrobců?

Námi nabízená lůžka disponují 4 - dílnými postranicemi, které v ostatních parametrech odpovídají požadavkům zadavatele a dostatečně zajišťují prostor pro nechtěné opuštění lůžka pacientem. Zároveň je nutno poukázat na fakt, že u spuštěných postranic pokrývajících ¾ ložné plochy zbývá pacientovi pouze cca 25 % na opuštění lůžka což je velmi malý prostor a pro některé pacienty je tento prostor pro opuštění nedostatečný a pak se stává výše uvedený požadavek neopodstatněný.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízená moderní lůžka, které disponují 4 - dílnými postranicemi a která mohou pokrývat cca 55 % ložné plochy a poskytují dostatečně bezpečný prostor pro nechtěné opuštění lůžka pacientem, tak poskytují ideální prostor pro možnost opuštění lůžka pacientem?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Integrované dělené plastové postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění a ergonomickým ovládáním pokrývající cca 3/4 ložné plochy (možnost opuštění lůžka pacientem v nožní části lůžka bez spuštění postranice) přispívají k bezpečnosti pacienta a zadavatel má tuto skutečnost dlouhodobě ověřenou a vyzkoušenou v provozu. Tyto preventivní programy jsou zároveň součástí programu řízení rizik kde má zadavatel stanoven indikátor kvality pro eliminaci vzniku nežádoucích událostí v podobě pádu pacienta. Tyto a podobné indikátory jsou pečlivě vyhodnocovány. Lůžka z nižším pokrytím nemohou zabezpečit tuto požadovanou kvalitu péče a došlo by ke zhoršení standardu poskytované péče.

Zadavatel takto předložil technickou specifikaci odborníkům CRR a ta byla takto schválena.

Lůžka s požadovanými postranicemi může nabídnout více uchazečů.

V Brně dne 25. 07. 2017

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, p. o.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Mgr. Věra Ambrozová

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

v zastoupení

Ing. Roman Bielak

vedoucí odboru výběrových řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci