

MeWAdia s.r.o.

Hlinky 64, 603 00 Brno

IČO: 27683818

Ing. Attila Kürti, jednatel

Tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce:

„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. Etapa – část 13: Elektrochirurgický přístroj“

1. Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

„Min. 2 režimy bipolárního řezu“

Z charakteru požadovaného příslušenství a z podstaty většiny operací prováděných na chirurgickém oddělení vyplývá spíše potřeba více režimů pro bipolární koagulaci než řez. Námí nabízený přístroj je vybaven více režimy pro bipolární koagulaci, z nichž jeden umožňuje i bipolární řezání, při použití nástrojů k tomu určených.

Bude zadavatel ochoten akceptovat nabídku přístroje s více režimy pro bipolární koagulaci a jedním režimem pro bipolární řez?