

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZ Dodávka novorozeneckého inkubátoru

I. Dotaz

Požadovaný parametr:

- pojízdný, výškově stavitelný podvozek s úložným prostorem, kolečka s brzdou

Zde požadujete úložný prostor jako jsou police nebo uzavřené úložné boxy ?

Odpověď

Pokud je odkládací prostor (police nebo uzavřené boxy) součástí základního vybavení inkubátoru, nepožaduje zadavatel další rozšíření v podobě přídatných polic a uzavíratelných boxů.

V Karviné dne 22.11.2017

vyřizuje:

Bc. Alexandra Stušová