

Vysvětlení zadávací dokumentace IV.

k veřejné zakázce

„Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – Rouškování a pláště“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje následující vysvětlení k zadávací dokumentaci.

I)

Dotaz:

“V zadávací dokumentaci uvádí zadavatel požadavek na vzorky: „Císařský řez, LAVH...” přičemž set na Císařský set není v přehledu setů nikde uveden.

Dále se ptáme, zda zadavatele zajímá kvalita, vzhledem ke skutečnosti, že požaduje předložit pouze vybrané vzorky a nikoliv vzorky **všech** setů uvedených v zadávací dokumentaci. V rámci hodnocení kvality, bychom očekávali ověření vzorků od všech položek setů, čímž by se výrazně omezila možnost nacenit méně kvalitní vzorky a zvýšila by se transparentnost dané zakázky.

Zadavatel uvádí ve způsobu hodnocení nabídková cena 64%, ale není uvedeno jakou cenu bude hodnotit, zda cenu za každý set jednotlivě, nebo celkovou cenu bez DPH?

Zadavatel uvádí v kvalitě nabízeného plnění 36% s dílčími hodnotícími podkritérii, každé o váze 9%: Prodyšnost, Propustnost, Odolnost proti prosaku v kritických oblastech (v případě pláštíků jde zejména o rukávy a břicho) - jakým způsobem nebo co bude zadavatel hodnotit u subkritéria „Odolnost proti prosaku v kritických oblastech (v případě pláštíků jde zejména o rukávy a břicho)“ u Části I. Rouškovací sety, když sety neobsahují pláště?

Odpověď:

Požadavek na vzorky byl upraven v předešlém Vysvětlení zadávací dokumentace. Nyní zadavatel požaduje vzorky v souladu s přehledem setů. Zadavatele samozřejmě zajímá kvalita u předložených vzorků a z toho důvodu požaduje vzorky od všech setů.

Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu bez DPH, jež je tvořena součtem všech setů po jednom kuse bez DPH. Jedná se o poslední políčko v druhém sloupci tabulky dle krycího listu.

Co se týká subkritéria „Odolnost proti prosaku v kritických oblastech“. Vzhledem k tomu, že se jedná o subjektivní hodnocení, budeme i takto postupovat. To znamená, že provedeme skutečnou zkoušku prosaku vody materiálem za časovou jednotku.

Zadávací dokumentace zůstává beze změny.

V Ostravě dne 5. 12. 2017

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka