

DODATEČNÁ INFORMACE č. I.

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. –
Laboratorní technika“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující dodatečnou informaci:

„K uvedené zakázce ČÁST 1. B: Centrifuga laboratorní Vás žádáme o dodatečné informace k minimálním technickým podmínkám:

1. Ve Vaší technické specifikaci uvádíte požadavek na "možnost nastavení otáček v rozsahu minimálně 300 - 6000 rpm, v kroku po 100 otáčkách"

Naše centrifugy umožňují nastavení otáček v rozsahu 500 - 6000 rpm, v kroku po 100 otáčkách. Ve standardizovaných postupech běžné laboratorní praxe nejsou tak nízké otáčky 300 - 500 rpm používány, jelikož by nedošlo ke správné separaci. Připouštíte nabídku laboratorní centrifugy s možností nastavení otáček v rozsahu 500 - 6000 rpm, v kroku po 100 otáčkách?

2. Ve Vaší technické specifikaci uvádíte požadavek na "možnost nastavení času v rozsahu minimálně 30 sekund až 30 minut, v kroku po 0,5 minutě - nebo nepřetržitý provoz"

Naše centrifugy umožňují nastavení času v rozsahu 1 minuta až 90 minut, v kroku po 1 minutě - nebo nepřetržitý provoz. Pro krátké rychlé stočení do 1 minuty slouží tlačítko Pulse, kterým je centrifuga vybavena. Připouštíte nabídku laboratorní centrifugy s možností nastavení času v rozsahu 1 minuta až 90 minut, v kroku po 1 minutě - nebo nepřetržitý provoz?“

Odpověď:

Zadavatel připouští nabídku laboratorní centrifugy s možností nastavení otáček v rozsahu 500 - 6000 rpm, v kroku po 100 otáčkách nebo s možností nastavení času v rozsahu 1 minuta až 90 minut, v kroku po 1 minutě - nebo nepřetržitý provoz.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace beze změn.

V Ostravě dne 9.2.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka