



# SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ

příspěvková organizace

## **Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1**

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

**Zadavatel:** Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

### **Veřejná zakázka:**

## **„Dodávka 3 ks anesteziologických přístrojů pro ARO“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2018/03/3 ks anesteziologických přístrojů-ARO**

Číslo zakázky: **P18V00000024**

(dále jen „VZ“)

Na základě žádosti účastníka poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

### **DOTAZ č. 1**

Zadavatel v příloze č. 5 ZD Technická specifikace - uvedl možnost nasazení celkem dvou nezávislých odpařovačů s různými anestetiky, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů (odpařovače jsou součástí dodávky a na anest. přístrojích musí být zároveň možnost používat stávající vybavení).

Ze zadávací dokumentace není zcela jasné, jaké odpařovače, jaká anestetika a v jakém počtu mají být součástí dodávky. Zároveň zadavatel uvádí, že musí být zároveň možnost používat stávající vybavení, aniž uvádí konkrétní typy stávajícího vybavení.

Účastník vidí v této technické specifikaci rozpor a navrhuje, aby z původní technické specifikace byla vypuštěna věta, (odpařovače jsou součástí dodávky a na anest. přístrojích musí být zároveň možnost používat stávající vybavení).

Upraví zadavatel zadávací dokumentaci v tomto smyslu?

### **ODPOVĚď č. 1**

**ANO, zadavatel vypouští z technické specifikace větu „odpařovače jsou součástí dodávky a na anestetických přístrojích musí být zároveň možnost používat stávající vybavení“.**

V Opavě dne 12.2.2018

MUDr. Ladislav Václavec, MBA  
ředitel