



# SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ

příspěvková organizace

## **Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2**

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

**Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

### **Veřejná zakázka:**

## **„Dodávka 3 ks anesteziologických přístrojů pro ARO“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2018/03/3 ks anesteziologických přístrojů-ARO**

Číslo zakázky: **P18V00000024**

(dále jen „VZ“)

Na základě žádostí účastníka poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

### **DOTAZ č. 1**

Zadavatel uvedl v "příloze č.5 ZD . Technická specifikace" - monitor vitálních funkcí: 3 svodové EKG, HR, respirace ST analýza, NIBP, SPO2, 2x teplota, 2 x IBP, min 2 volné pozice pro přídavné moduly. Bude zadavatel akceptovat monitor nemodulové konstrukce ( bez volných 2 pozic ) s maximální výbavou všech parametrů, které se u monitorů používají - tedy nelze o žádný další parametr rozšířit ( samozřejmě bude 100% splňovat aktuální požadavky zadavatele )?

### **ODPOVĚď č. 1**

**NE**, zadavatel trvá na požadovaném technickém řešení modulárního monitoru životních funkcí.

Současně zadavatel upřesňuje délku záruční doby: **je požadována záruka min. 24 měsíců** ode dne podpisu předávacího protokolu.

V ZD v bodě 9. je omylem uvedena záruční doba min. 36 měsíců.

V Opavě dne 15. 02. 2018

MUDr. Ladislav Václavec, MBA  
ředitel