

DODATEČNÁ INFORMACE č. III

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Endoskopie“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující dodatečnou informaci **k části 7. Artroskopická věž.**

Dotaz č. 1:

Požadavek: 3G-SDI výstup

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat systém s digitálními výstupy DVI-D a HD-SDI, které zabezpečují bezztrátový přenos obrazu a optimální zobrazení s nabídnutým monitorem. Nabízené řešení splňuje stejný medicínský účel, pouze jiným technickým řešením a je využíváno na desítkách pracovišť v ČR.

Dotaz č. 2:

Požadavek: Režimy změny barevného spektra pro rozšířenou diagnostiku bez speciálních světelných zdrojů nebo filtrů - spektrální posun barev

Dotaz:

Požadovaná funkce se využívá při zobrazení cévních struktur měkkých tkání při laparoskopii, při artroskopii nemá medicínské využití a považujeme ji tedy za neopodstatněnou. Bude zadavatel akceptovat nabídku kamerové jednotky, která splňuje všechny technické požadavky zadavatele, ale danou funkci nepodporuje. Akceptuje zadavatel námi navržené řešení? Jedná se o technické řešení, které s ohledem na typ optativy naplňuje všechny medicínské, kvalitativní, kapacitní i ekonomické požadavky zadavatele a je zcela vyhovující.

Dotaz č. 3:

Požadavek: Možnost připojení flexibilních a rigidních endoskopů s čipovou technologií

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat nabídku kamerové jednotky s možností připojení rigidních a flexibilních endoskopů s oddělitelnou technologií kamerová hlava-endoskop. Jedná se o kvalitativně zcela plnohodnotné variantní řešení, které je zcela plnohodnotné a zadavateli umožňuje připojení většího množství periférií bez ohledu na výrobce.

Dotaz č. 4:

Požadavek: 3 chipová CCD kamerová hlava

Dotaz:

Akceptuje zadavatel systém s nejnovějším typem snímacího senzoru (CMOS technologie), který již není primárně definován jako jedno- nebo tříčipový? Nabízený senzor pak nabízí ve srovnání s požadovanými kritérii u FULL HD rozlišení kvalitativně identické řešení (1920x1080p) u parametru kontrastu dokonce vyšší hodnoty pro dokonalý obraz. Jedná se o řešení splňující stejný medicínský účel a splňující všechny technické požadavky zadavatele.

Odpověď:

Na všechny čtyři Vámi položené dotazy zadavatel odpovídá: „Zadavatel nebude akceptovat vámi případně nabízená technická či jiná řešení. Zadavatel trvá na původní technické specifikaci.“

Zadávací dokumentace ve znění dodatečných informací č I. a č. II zůstává beze změn.

V Ostravě dne 16.2.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka