

DODATEČNÁ INFORMACE A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. II.

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. –
Laboratorní technika“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující dodatečnou informaci a vysvětlení zadávací dokumentace v rámci nadepsané veřejné zakázky **část XIII. Separátor Krve:**

„
Dobrý den,

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) k veřejné zakázce vedené pod názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika“ – XIII. část – Separátor krve.

V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry pro část XIII. část – Separátor krve (1ks) zadavatel požaduje:

- 1. „možnost automatického předplnění krví pro pacienty s nízkým TBV“. Mohl by zadavatel blíže specifikovat, z jakého důvodu požaduje tento parametr? Bude zadavatel akceptovat přístroj, který disponuje běžně akceptovatelnou alternativou - možností předplnění fyziologickým roztokem?*
- 2. možnost automatizovaného podání bolusu. Ze zkušeností účastníka bývá bolus podáván v případech, kdy pacient kolabuje, což si vyžaduje přítomnost ošetřujícího personálu, který může podat bolus manuálně. Bude zadavatel akceptovat přístroj s možností podání manuálního bolusu?*
- 3. ohřívač krve validovaný pro použití s přístrojem. Tento požadavek splňuje na trhu pouze jedna konkrétní společnost a účastník se tedy domnívá, že zadavatel by v tomto požadavku mohl porušovat § 6 ZZVZ, konkrétně zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Bude zadavatel i s ohledem na skutečnost, že ohřívač nijak neovlivňuje správnost a výsledek procedury, akceptovat řešení bez ohřívače krve?*
- 4. Snadná obsluha a manipulace s přístrojem: - snadné zakládání setů - kazetový systém. Bude zadavatel akceptovat přístroj, který disponuje snadnou obsluhou a manipulací s přístrojem: - snadným zakládáním setů ovšem bez kazetového systému?*
- 5. Snadná obsluha a manipulace s přístrojem: - dotyková obrazovka s grafickým uživatelským rozhraním. Účastník disponuje řešením se snadnou obsluhou a manipulací s přístrojem: - obrazovkou s grafickým uživatelským rozhraním, avšak která není dotyková, nýbrž má podél obrazovky tlačítka, která umožňují její ovládání. Bude zadavatel akceptovat tuto obrazovku jakožto rovnocenné řešení?*
- 6. Zadavatel v zadávací dokumentaci v článku 8 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace v rámci technické kvalifikace požaduje předložení: seznamu významných dodávek zdravotnické techniky obdobného charakteru ve srovnání s poptávanými přístroji*

provedených dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dle § 14 odst. 1 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se dodávkou rozumí pořízení věci zejména formou koupě, nájmu nebo pachtu. Dle komentářů k zákonu je třeba pojem pořízení chápat širěji a není nezbytně nutné, aby v rámci pořízení došlo k převodu vlastnického práva na zadavatele. Z uvedeného tedy vyplývá, že účastník může prokázat splnění technické kvalifikace předložením seznamu významných dodávek, které proběhly formou výpůjčky přístrojů v pořizovací hodnotě min. 350 000 Kč bez DPH. Bude zadavatel i s ohledem na fakt, že přístroje, jež jsou předmětem části XIII – Separátor krve, bývají zpravidla soutěženy formou veřejné zakázky na dodávky spotřebního materiálu (vaků) s výpůjčkou přístroje (separátoru), akceptovat prokázání splnění technické kvalifikace výše uvedenou formou?

Děkuji a jsem s pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

na vámi příloženě položené dotazy, odpovídám takto:

- ad 1. - Ano, akceptujeme možnost předplnění fyziologickým roztokem.
- ad 2. - Ano, akceptujeme možnost manuálního podání bolusu.
- ad 3. - Ano, akceptujeme i řešení bez ohřívače krve.
- ad 4. - Ano, netrváme na kazetovém systému zakládání setů.
- ad 5. - Ano, akceptujeme i bezdotykovou variantu ovládání obrazovky.
- ad 6. - Ano, zadavatel akceptuje prokázání splnění technické kvalifikace předložením seznamu významných dodávek, které proběhly formou výpůjčky, neboť ani nájmu či pachtu nedochází k převodu vlastnického práva.

V ostatním zůstávají zadávací podmínky ve znění Dodatečné informace č. I. beze změn.

V Ostravě dne 21.2.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka