

DODATEČNÁ INFORMACE A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. III.

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. –
Laboratorní technika“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující dodatečnou informaci a vysvětlení zadávací dokumentace v rámci nadepsané veřejné zakázky **část VI. Analyzátor imuno hematologický**:

DOTAZ:

„

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce:

Název:	Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika VI. Část – Analyzátor imuno hematologický (1 ks)
Systémové číslo VZ:	P18V00000011
Identifikátor VZ:	P18V00000003

Dovolujeme si tímto požádat v souladu s obdrženou zadávací dokumentací o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika“ VI. Část – Analyzátor imuno hematologický (1 ks):

1. V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry, v VI. části – Analyzátor imuno hematologický (1 ks), je v *Informace pro účastníky: Paleta požadovaných vyšetření a předpokládaného počtu výkonů za 1 rok* uvedeno v 1. bloku **vyšetření RhD** (dg. séra anti-D IgM třídy se 2 různými klony) a v 2. bloku **vyšetření ABO** (aglutinogeny), RhD (dg. sérum anti-D IgM třídy).

DOTAZ:

V Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP Imuno hematologická vyšetření dárců krve a krevních složek (č. STL2012_09 ze dne 19.04.2012) je v kapitole 2.2 Stanovení ABO a antigenu D (ABO, RhD) v odstavci 2.2.2.1 Noví dárči uvedeno:

„Diagnostická séra: anti-D třídy IgM s 2 různými klony + kontrola falešné positivity („Rh kontrola“)“

a v odstavci 2.2.2.2 Opakovaní dárči uvedeno:

„Diagnostické sérum anti-D třídy IgM + kontrola falešné positivity („Rh kontrola“)“.

Požaduje zadavatel veřejné zakázky provedení těchto vyšetření v souladu s Doporučením Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP Imuno hematologická vyšetření dárců krve a krevních složek (č. STL2012_09 ze dne 19.04.2012, 2.2 Stanovení ABO a antigenu D (ABO, RhD), 2.2.2.1 Noví dárči, 2.2.2.2 Opakovaná dárči), tedy provedení **kontroly falešné positivity** („Rh kontrola“) v rámci těchto vyšetření zařazením odpovídajícího diagnostika do vyšetření?

„

Odpověď:

Dobrý den,

k vámi položenému dotazu uvádím následující:

ad. 1 - ANO, zadavatel požaduje provedení kontroly falešné positivity ("Rh kontrola") v souladu s doporučením STL.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace ve znění Dodatečných informací č. I. a č. II. beze změn.

V Ostravě dne 22.2.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

JUDr. Rita Kubicová
advokátka
Vešelavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
IČ: 71332529 DIČ: CZ7357026457
e-mail: info@advokatka-kubicova.eu