

DODATEČNÁ INFORMACE A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. IV

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. –
Laboratorní technika“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující dodatečnou informaci a vysvětlení zadávací dokumentace v rámci nadepsané veřejné zakázky **část IV-Analyzátor biochemický, část VIII – Analyzátor imunochemický**

Dotazy:

„Pro část IV - Analyzátor biochemický:

Dotaz 1

- *Bude zadavatel akceptovat 10 otevřených kanálů místo požadovaného otevřeného systému?*

Dotaz 2

- *Bude zadavatel akceptovat systém složený ze dvou modulů s maximálním teoretickým výkonem 2000 testů/hodinu?*

Pro část VIII – Analyzátor imunochemický:

Dotaz 3

- *Je možné nabídnout řešení, kdy používané reagentie využívají jiné teplotní režimy a gradienty, pokud bude garantována kalibrační stabilita i stabilita reagenčních souprav na palubě analyzátoru, tedy pokud kvalita výsledku není tímto řešením nijak dotčena?“*

Odpovědi:

- ad. 1) - Ne, zadavatel požaduje zcela otevřený systém, tedy neakceptuje jen 10 otevřených kanálů.
ad. 2) - Ne, zadavatel akceptuje 1 systém s výkonem min. 1200 testů/ hodinu.
ad. 3) - Zadavatel akceptuje řešení, kdy používané reagentie využívají jiné teplotní režimy (pokud bude garantována stabilita reagenčních souprav na palubě analyzátoru), tyto teplotní režimy musí být jasně definovány, např. 10 - 14 °C. Není možné nabídnout řešení, kdy je teplotním režimem myšleno laboratorní, pokojová nebo jinak "vágně" definovaná teplota

V ostatním zůstává zadávací dokumentace ve znění Dodatečných informací č. I., II. a III. beze změn.

V Ostravě dne 23.2.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka