

DODATEČNÁ INFORMACE A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. VI

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující dodatečnou informaci a vysvětlení zadávací dokumentace v rámci nadepsané veřejné zakázky - **část V. Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie. Zadavatel dále mění lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami pro všechny části veřejné zakázky, viz níže.**

Dotazy:

„Dotaz č. 1“

V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Požadované technické parametry“ – uvádíte v V. části „Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks)“

- **hematologický analyzátor již v ČR zaveden (úspěšné cykly EHK; tj. dostatečný počet účastníků ve všech kontrolních cyklech v roce).**

Tento požadavek nedovoluje nabídnout nejnovější technologii. Uchazeč může nabídnout nejnovější typ hematologického analyzátoru, který je v ČR zaveden velmi krátce a z pochopitelných důvodů tedy není v kontrolních cyklech SEKK přihlášen dostatečný počet účastníků/uživatelů.

- Bude zadavatel akceptovat doložení kvality nabízené technologie úspěšností v cyklech SEKK u předchozích generací v ČR úspěšně zavedených a ověřených hematologických analyzátorů, které provádí měření na stejné technologické platformě?

Dotaz č. 2

V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Požadované technické parametry“ – uvádíte v V. části „Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks)“

- **vyšetření KO / KO+diff / KO+RTC / KO+diff+RTC / RTC, dále pak nezralá frakce trombocytů, buničky v likvoru (mononukleáry x polymorfonukleáry)**
- Trvá zadavatel přesně na těchto kombinacích vydávaných parametrů nebo bude akceptovat i jiné kombinace, např. KO+DIFF, KO+DIFF+RTC, včetně nezralé frakce trombocytů a analýzy buněk likvoru (mononukleáry x polymorfonukleáry)?

Dotaz č. 3

V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Požadované technické parametry“ – uvádíte v V. části „Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks)“

- **možnost měření samostatného KO bez diff**

Požadavek měření samotného KO bez DIFF vychází ze zastaralé praxe s cílem šetřit náklady na provedení DIFF.

- Bude zadavatel akceptovat nabídku s nejnovější technologií, kdy je spolu s KO měřen i DIFF? Tato technologie vychází z nejnovějších požadavků kliniků pro úspěšný screening a záchyt patologií, které u vzorků bez DIFF nelze zachytit. Měření DIFF spolu s KO umožňuje speciální technologie využívající malého množství reagentů, náklady na provedení DIFF jsou zde již

zahrnuty v nákladech na provedení KO a byly by stanoveny na základě dohody se zadavatelem.

Dotaz č. 4

V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Požadované technické parametry“ – uvádíte v V. části „Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks)“

- **pozadí v „základním“ módu (tj. bez nutnosti volby dalšího režimu měření – souvisejícího s navýšením ceny analýzy); max: Plt: 5.109/l, WBC 0,1.109/l, RBC 0,02.1012/l, RTC 5.109/l**

Ne zcela jasně rozumíme pojmu „pozadí v „základním“ módu bez nutnosti volby dalšího režimu měření“. Bude zadavatel akceptovat technologii kontrolující analytické „pozadí“ automaticky při startupu analyzátoru, popřípadě je možné tuto kontrolu spustit kdykoli manuálně s tím, že požadované limity budou splněny?“

Odpověď:

Dobrý den,

zadavatel vám tímto **odpovídá** na položené dotazy:

ad. 1- Zadavatel bude akceptovat doložení kvality prostřednictvím systémů (fungujících na stejné technologické platformě) úspěšně zavedených v předchozích generacích. Takovéto systémy musí ale disponovat jedním aspiračním systémem a současně v "základním měřicím módu" musí být schopny vydávat parametr NRBC (bez nutnosti dalších reagentů).

ad. 2 - Zadavatel bude akceptovat i jiné kombinace.

ad. 3 - Zadavatel bude akceptovat i současné měření KO + DIFF, bude-li zohledněna cena diagnostik.

ad. 4 - Zadavatel bude akceptovat vámi navržený postup stanovení "pozadí".

Zadávací dokumentace ve znění předchozích Dodatečných informací nebo vysvětlení zadávací dokumentace zůstává, mimo dále uvedeného, beze změn. Zadavatel však prodlužuje v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, neboť dotazy dodavatele byly zodpovězeny a uveřejněny, vč. tohoto vysvětlení, až čtvrtý pracovní den po jejich doručení zadavateli.

Nově se lhůta pro podání nabídek stanoví na: 07.03.2018 do 09:00:00 hod.

Nově se lhůta pro otevírání obálek s nabídkami stanoví na: 07.03.2018 v 11:00:00 hod.

Nově uvedené lhůty se vztahují na všechny části této veřejné zakázky.

S pozdravem

V Ostravě dne 27.2.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka