

DODATEČNÁ INFORMACE č. I

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na základě níže citovaného dotazů dodavatele vysvětlení zadávací dokumentace – Část V.

Dotaz:

„V části V - Holtr tlakový - 1 ks v zadávací dokumentaci „Požadované technické parametry“ uvádíte požadovaný rozsah pro měření diastolického tlaku 30-200 mmHg. Budete akceptovat nabídku na zařízení, které má rozsah pro měření diastolického tlaku v rozsahu 30-195 mmHg? Uvedený rozdíl rozsahu diastolického tlaku je po započítání povolené chyby měření v podstatě v požadovaném pásmu.“

Odpověď:

Ano, zadavatel bude takovouto nabídku akceptovat.

Zadávací dokumentace zůstává beze změn.

V Ostravě dne 10.4.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka