

DODATEČNÁ INFORMACE č. II

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína“

Vážený dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na základě níže citovaných dotazů dodavatele vysvětlení zadávací dokumentace – Část XXVIII.

Dotazy:

„1) ze zadávací dokumentace konkrétně z přílohy technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje, aby dávkovač měl podsvícený displej + tlačítka. Displej námi nabízených přístrojů dostatečně osvětluje tlačítka i v nočním režimu. Celkové osvětlení v nočním režimu pak nenarušuje klid pacientů a zároveň je ovládání tlačítek velmi intuitivní. Uchazeč na českém trhu nabízí lineární dávkovače již řadu let a na trhu máme umístěno několik stovek přístrojů, žádný uživatel si nikdy nestěžoval, že by klávesy nebyly čitelné z důvodů absence jejich podsvícení, nebo že by osvětlení tlačítek pomocí displeje snižovalo bezpečnost jejich ovládání. Všechny klávesy za snížené nebo žádné viditelnosti jsou čitelné, jelikož jsou nasvíceny samotným displejem. Bude Zadavatel akceptovat i lineární dávkovače, které nemají podsvícenou klávesnici/tlačítka a jsou osvětleny displejem přístroje?“

2) ze zadávací dokumentace konkrétně z přílohy technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje, aby byl dávkovač kompatibilní se všemi objemy stříkaček, má tím zadavatel na mysli, všechny objemy stříkaček, které se běžně v lineárních dávkovačích používají?“

Odpověď:

ad. 1) Ano, pokud bude takové osvětlení dostatečné.

ad. 2) Ano, běžné objemy stříkaček od různých výrobců.

Zadávací dokumentace zůstává beze změn.

V Ostravě dne 13.4.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka