



Dodatečné informace

k veřejné zakázce malého rozsahu č.: **TRI/GaI/2018/2/VF Generátor**
na výběr dodavatele: **na dodávku a instalaci vysokofrekvenčního generátoru s příslušenstvím**

Odpověď na dotazy (1)

Znění dotazu č. 1.:

Měl bych dotaz k Technické specifikaci, k požadavku: Min. 8 stupňů hemostatického efektu během koagulace i řezu. Víme, že některé konkurenční přístroje mají možnost nastavení několika různých efektů jak při koagulaci tak i při řezu.

V příloze zasílám tabulku k nahlédnutí na různé možnosti nastavení našeho přístroje. Zejména se jedná při Monopolárním řezu o režimy AUTO BLEND CUT MICRO, AUTO PAPILLO PURE CUT, AUTO POLIPO BLEND CUT, AUTO ENDOCUT a při Monopolární koagulaci o režim SOFT MICRO COAG.

Těchto všech 5 režimů dále nabízí v každém samotném režimu dalších 10 efektů (zvýrazněno v příloze).

Bude prosím zadavatel respektovat tuto skutečnost?

Odpověď:

Zadavatel trvá na původní technické specifikaci, kdy požaduje minimálně 8 stupňů hemostatického efektu během koagulace i řezu a účastník je povinen tuto skutečnost respektovat.

V Třinci dne 19. 4. 2018



Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek.....

