

## DODATEČNÁ INFORMACE č. III

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na základě níže citovaných dotazů dodavatele vysvětlení zadávací dokumentace – Část XXVI.

### Dotazy:

1. V části XXVI - Svítidlo vyšetřovací - 1 ks v zadávací dokumentaci Požadované technické parametry příloha č.1 Zadávací dokumentace  uvádíte minimální počet 12-ti LED diod v kopuli. Budete akceptovat nabídku na svítidlo, které má 7 LED diod v kopuli při intenzitě osvětlení 60 000 lx/1m?

2. V části XXVI - Svítidlo vyšetřovací - 1 ks v zadávací dokumentaci Požadované technické parametry příloha č. 1 Zadávací dokumentace  průměr kopule min. 38 cm. Budete akceptovat nabídku na svítidlo, které má průměr kopule 29,5 cm?

### Odpověď:

**ad. 1) Ne, zadavatel takovou nabídku nebude akceptovat.**

**ad. 2) Ne, zadavatel takovou nabídku nebude akceptovat.**

Zadávací dokumentace zůstává ve znění předchozích dodatečných informací beze změn.

V Ostravě dne 19.4.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,  
příspěvková organizace  
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka