

## DODATEČNÁ INFORMACE č. IV

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na základě níže citovaných dotazů dodavatele vysvětlení zadávací dokumentace – Část II.

### Dotazy:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci pro část II- A- Defibrilátor- bifázický 1ks (varianta ARO):

*1. obrazovka dobře čitelná i v terénu při slunečním osvětlení o velikosti min. 8“, volitelný režim zobrazení, plně barevný režim a vysoce kontrastní režim*

Uchazeč se ptá, zda zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje s velikostí displeje 7“? A to vzhledem k použití tohoto přístroje resuscitačním týmem oddělení ARO zasahujícím v celém areálu nemocnice, kdy celkový rozměr a hmotnost přístroje (menší, lehčí), je důležitý.

*2. jednorázové samolepící defibrilační elektrody musí být zavedeny v číselníku VZP-ZP(ZUM)*

Uchazeč se domnívá, že tento požadavek je neadekvátní a diskriminační vzhledem k použití přístroje v nemocničním zařízení, kde není možné požadovat úhradu těchto elektrod prostřednictvím ZUM ( je primárně využíván pouze ZZS), ale jsou hrazeny v konkrétních výkonech (resuscitace, kardioverze...). Bude zadavatel akceptovat nabídku, kde jednorázové samolepící defibrilační elektrody nebudou v číselníku VZPZP(ZUM)?

*3. tiskárna s možností tisku minimálně tří křivek nad sebou a šíře papíru min. 100mm*

Uchazeč se ptá, zda zadavatel bude tolerovat nabídku přístroje s tiskem tří křivek a šíří papíru 50mm? A to vzhledem k použití tohoto přístroje resuscitačním týmem oddělení ARO zasahujícím v celém areálu nemocnice, kdy celkový rozměr a hmotnost přístroje (menší, lehčí) je důležitý.

*4. snímání 12-ti svodového EKG, včetně záznamu tisku a vyhodnocení*

Uchazeč se ptá, zda zadavatel bude akceptovat nabídku 3/5-ti svodového EKG? Uchazeč se z vlastní dosavadní praxe domnívá, že využití 12-ti svodového EKG v rámci nemocniční resuscitační péče, je téměř nulová a nevyužitelná.

### Odpověď:

**ad. 1) Nikoli, zadavatel takovou nabídku nebude akceptovat.**

**ad. 2) Ano, zadavatel takovou nabídku bude akceptovat.**

**ad. 3) Nikoli, zadavatel takovou nabídku nebude akceptovat.**

**ad. 4) Nikoli, zadavatel takovou nabídku nebude akceptovat.**

Zadávací dokumentace zůstává v ostatním ve znění předchozích dodatečných informací beze změn.

V Ostravě dne 20.4.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,  
příspěvková organizace  
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka