

## DODATEČNÁ INFORMACE č. VI

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na základě níže citovaných dotazů dodavatele vysvětlení zadávací dokumentace – Část XVIII.

### Dotazy:

#### **„Dotazy pro část A i B, stoly pro traumatologii a chirurgii**

1) V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel:

- „Mobilní základnu stolu s integrovanými antistatickými kolečky chráněnými nerezovým krytem.....“

*Může uchazeč nabídnout řešení, kdy je pohyb základny zajištěn pomocí dvojitých koleček, která jsou nezakrytá, především z důvodů maximální možné kontroly a hygieny? Uchazeč předpokládá, že uživatel bude chtít při znečištění kol na operačním sále tuto situaci řešit ihned, nikoli nemít přístup ke kolečkům.*

2) V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel:

- „šířka operační desky max.590mm včetně eurolišť“

*Může uchazeč nabídnout šířku operační desky 600mm s eurolišťami? Uchazeč nepovažuje 10mm rozdíl za klinicky významný parametr ve vztahu k eurolišťě.*

3) V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel:

- ....minimální výška pracovní desky max.720mm (bez čalounění)“

*Uchazeč se domnívá, že tento parametr je pro traumatologickou operativu vcelku vysoký a rád by nabídnul možnost minimální pracovní výšky 660mm. Může tuto výšku zadavatel akceptovat?*

4) V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel:

- ....maximální výška pracovní desky min.1050mm (bez čalounění)“

*Může uchazeč nabídnout maximální výšku 1030mm?*

5) V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel pro pracovní desku traumatologického a chirurgického stolu náklony:

- ....Náklon nožní části min. +20/-90°....“
- ....náklon zádové části min.+55/-40°....“

*Uchazeč se domnívá, že požadované parametry jsou pro současnou úroveň medicíny a technické možnosti operačních stolů nízké. Může uchazeč nabídnout náklon nožní části v hodnotách +80/-90° a pro parametr zádové části +80/-60°? Zároveň tím umožňuje*

*konečnému uživateli – personálu – plně využít reverzní možnosti sestavení desky, neboť parametry při záměně zádové a nožní části se výrazně nemění.*

- 6) V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel v oddílu „příslušenství traumatologie“  
- ...extenze dolních končetin – 1ks.....

*Může zadavatel blíže upřesnit, co všechno požaduje k jednomu kusu extenze dolních končetin?jaké např.požaduje extenční boty – dospělé i dětské, kožené či plastové?*

*Dotaz – technická specifikace pro nemocnici Karviná-Ráj – operační stoly, část XVIII C*

### **Dotazy pro část C - stůl pro chirurgii**

1)V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel:

- „Mobilní a snadno ovladatelný operační stůl systémový.....elektro-hydraulické nastavení...“

*Může uchazeč nabídnout systémový operační stůl elektro-mechanický?*

2)Obecný dotaz na zadavatele pro část C

*Zadavatel v této části požaduje systémový operační stůl, z technické specifikace však jasně nevyplývá, kolik bude zadavatel požadovat desek a z kolika segmentů mají být sestaveny? Dle uchazeče je to minimálně 8-mi segmentová deska (-y) – polohovatelná sekce hlavy, polohovatelná horní zádová sekce, polohovatelná zádová sekce, 4-segmentová sekce nohou a jistě i část sedací. Celkem 8 dílů. Může tento počet segmentů zadavatel potvrdit, či jasně specifikovat?*

*Ve specifikaci se hovoří o operačních deskách (mn.číslo), přičemž není řečeno kolik kusů má zadavatel na mysli. Může uchazeč nabídnout jen jeden kus systémové desky?*

*Uchazeč předpokládá, že konečný uživatel bude využívat navážení desek na operační stůl (viz bod: „navážení operačních desek oboustranně (hlava-nohy)“. Ze specifikace však není vůbec jasné čím a jak chce tyto desky transportovat, jaká technická specifikace bude pro zadavatele – konečného uživatele - akceptovatelná. Může zadavatel blíže výše uvedené obecné dotazy vysvětlit?*

*Může uchazeč podat nabídku pouze na jednu podčást (např. jen na A) z části XVIII?“*

### **Odpovědi:**

#### odpověď k dotazům řazeným pod A a B

- ad 1) zadavatel trvá na provedení základny s nerezovým krytem,  
ad 2) zadavatel připouští šířku stolu včetně eurolišť maximálně 600 mm,  
ad 3) zadavatel akceptuje minimální pracovní výšku 660 mm,  
ad 4) Zadavatel bude akceptovat maximální výšku 1030mm,  
ad 5) Dodavatel může nabídnout vyšší parametry,  
ad 6) Extenční nástavce pro dolní končetinu umožňující ortopedické a traumatologické operační výkony, musí obsahovat minimálně tyto části: teleskopické trakční tyče, 2x šroubový napínací mechanismus k vytvoření trakce, uchycení trakční boty rotační a úhlově nastavitelné,

pár trakčních bot pro fixaci dospělého pacienta (kůže, umělá kůže), trakční svorka s nastavením a rotací pro podkopy na K-dráty, podložka pod hýždě pacienta včetně uchycení trakčního kolíku, trakční kolík, lehké podložky dolních končetin pro trakci, schaut pro druhou volnou končetinu, tahový nástavec na tibií, výškově a úhlově nastavitelný (hřebování, trakce) s vodorovným podkolenním kolíkem.

odpověď k dotazům řazeným pod C

ad 1) Ano, může se jednat o elektro-mechanický operační stůl,

ad 2) – a) Nabídka 8-mi segmentové desky, jak je deklarována je přijatelná, b) K dotazu na operační desky se vyjadřuji tak, že s ohledem na prostorové možnosti a provoz požaduje zadavatel dodání jedné mobilní základny a jedné systémové desky, c) Uchazeč musí podat nabídku pro jednotlivé nebo více částí.

Zadávací dokumentace zůstává v ostatním ve znění předchozích dodatečných informací beze změn.

V Ostravě dne 25.4.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,  
příspěvková organizace  
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka