



SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ

příspěvková organizace

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka ultrazvukového přístroje pro oční oddělení“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2018/09/ultrazvuk - oční odd.**

Číslo zakázky: **P18V00000143**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci v „Specifikace a minimálních technických požadavcích“:

Barevný LCD dotykový displej, rozlišení min. 19“.

Účastník nabídne přístroj s barevným dotykovým displejem s velikostí 17“.

Bude zadavatel tento parametr akceptovat a nevyřadí účastníka z výběrového řízení?

ODPOVĚď č. 1

Ne, Zadavatel nebude výše nabízený parametr akceptovat, trvá na původním zadání.

DOTAZ č. 2

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci v „Specifikace a minimálních technických požadavcích“:

Komunikační interface: HDMI, USB port, LAN, RS 232, WiFi, video výstup.

Účastník nabídne přístroj s komunikačním rozhraním: USB porty, LAN x 2, RS 232.

Bude zadavatel toto rozhraní akceptovat a nevyřadí účastníka z výběrového řízení?

ODPOVĚď č. 2

Ne, Zadavatel nebude výše nabízené rozhraní akceptovat, trvá na původním zadání.

V Opavě dne 4 - 05. 2018

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel