



SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ

příspěvková organizace

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka ultrazvukového přístroje pro oční oddělení“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2018/09/ultrazvuk - oční odd.**

Číslo zakázky: **P18V00000143**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

Účastník žádá a navrhuje upravit "specifikaci a minimální technické požadavky" tímto způsobem:

ŽÁDOST č. 1

Umožnit použití samostatného pachymetru.

Vysvětlení: Uchazeč může nabídnout ruční pachymetr, který je díky bateriovému napájení na přístroji nezávislý a umožňuje tak širší použití např. op.sál nebo konzílií.

ODPOVĚď č. 1

Ano, jedná se o alternativní technické řešení.

ŽÁDOST č. 2

Umožnit použití ostatních PC systémů nejen varianty all-in-one.

Vysvětlení: s ohledem na stacionární použití přístroje, které je potvrzeno poptávkou stolku pod přístroj v této zakázce, požadujeme rozšíření tohoto kritéria, abychom se mohli účastnit s PC systémem typu desktop, který může být umístěn na horní desce stolu nebo v jeho políčkách.

ODPOVĚď č. 2

Ano, jedná se o alternativní technické řešení.

ŽÁDOST č. 3

Vysvětlit důvod poptávání konektoru a sběrnice RS232 v místě instalace a jeho použití při běžném provozu přístroje.

ODPOVĚď č. 3

Zadavatel požaduje různé druhy konektorů pro zajištění široké míry možností komunikace přístroje. Uchazeč může tento typ konektoru nahradit i externí redukcí z jednoho z konektorů, kterými je nabízený přístroj vybaven (např. z USB na RS232, apod.)