

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZ Hlubokomrazící box pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. II.

1) Dotaz

V technické specifikaci uvádíte mimo jiné požadavek na vnější rozměry hlubokomrazícího boxu: výška-120 cm, hloubka-75 cm, šířka-72 cm s tolerancí +/- 20%. Námi nabízený hlubokomrazící box splňuje 2 ze 3 těchto parametrů.

Bude zadavatel akceptovat hlubokomrazící box o rozměrech: výška-83 cm, hloubka-56,6 cm, šířka-90 cm při splnění všech ostatních technických parametrů?

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude akceptovat toto řešení.

V Havířově 16.05.2018

vyřizuje: Bc. Alexandra Stušová