



SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ

příspěvková organizace

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka zalévací linky pro oddělení patologické anatomie“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2018/10/zalévací linka-patol.odd.**

Číslo zakázky: **P18V00000158**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

V technické specifikaci zalévacího modulu parafínové linky požadujete komůrky pro pinzety vyhřívané v rozmezí 50-70°C. Tento parametr není smysluplný, ve vztahu ke skutečnosti, že pinzety musejí být vyhřívány na teplotu vyšší, než parafín - při vyndání pinzety ze zdířky teplota okamžitě klesá a při ponoření chladné pinzety do parafínu dojde k okamžitému tuhnutí, což znemožní orientaci vzorků. Protože obvyklá hodnota bodu tání parafínu je 54-58°C, je nutné vyhřívané otvory pro pinzety udržovat při minimální teplotě alespoň 60°C. Budete akceptovat řešení, kdy jsou otvory pro pinzety vyhřívány v rozmezí 60-70°C?

ODPOVĚď č. 1

Ano, Zadavatel bude výše uvedené řešení akceptovat.

Současně zadavatel sděluje informaci o prodloužení termínu pro podání nabídek.

PŮVODNÍ TERMÍN: 30. 5. 2018, 9:30 hod.

NOVÝ TERMÍN: 6.6 2018 v 9:30hod.

V Opavě dne **28. 05. 2018**

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel