

(Výzva k podání nabídek)

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 02-16-02-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“).

„Pořízení zdravotnických přístrojů – infuzní pumpy II“

I.	Zadavatel:	příspěvková organizace
	Název:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
	Sídlo:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
	IČ zadavatele:	008 44 853
	Oprávněná osoba za zadavatele:	Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce ředitel
	Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Alexandra Stušová specialista pro veřejné zakázky a dotace Ing. Pavol Jantoš referent investic
	Telefon:	596 383 274, 596 383 527
	E-mail:	stusova@nspka.cz , jantos@nspka.cz

II.	Druh veřejné zakázky:	dodávky
	Číselné označení zakázky:	P18V00000179
	Předmět veřejné zakázky:	Dodání, instalace a předvedení infuzních pump pro NsP Karviná-Ráj – prac. Karviná, dle požadovaných parametrů.
	Zadávací dokumentace:	Příloha č. 1 <u>Související přílohy:</u> Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Seznam významných dodávek – Příloha č. 3 Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Krycí list nabídky – Příloha č. 5

III.	Lhůta pro podání nabídek:	15.06.2018, 08:00 hod.
	Místo pro podání nabídek:	https://msk.ezak.cz/vz00004164

IV.	Údaje o hodnotících kritériích:	Nabídková cena za 1 ks infuzní pumpy (cena/1 ks)... váha 70% Nabízený počet infuzních pump – celkové množství (ks)... váha 10% Náklady na servis na dobu po uplynutí záruční doby (cena/1 hod) ... váha 10% Celkové náklady na předepsanou bezpečnostně technickou kontrolu na dobu 5 let po uplynutí záruční doby (Kč) ... váha 10% Hodnocena bude vždy cena vč. DPH
-----	--	---

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

Příloha č. 1 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VZ „Pořízení zdravotnických přístrojů – infuzní pumpy II“

Zadávací dokumentace

„Pořízení zdravotnických přístrojů – infuzní pumpy II“

1. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace
VydmuchoV 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

Zastoupena Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce - ředitelem

2. Druh a předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání, montáž, instalace, zprovoznění, instruktáž dle ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a předvedení infuzních pump pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, p.o. – pracoviště Karviná.

Dodavatel v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4) a v Krycím listu (Příloha č. 5) uvede nabízený počet ks infuzních pump. Zadavatel upozorňuje, že na pořízení infuzních pump má alokovaných 450.000,- Kč vč. DPH a tudíž dodavatel nesmí překročit stanovenou hodnotu veřejné zakázky, která je 371 900,- Kč bez DPH.

Součástí zakázky je také zaškolení obsluhy a dodání příslušné dokumentace, bezplatné provádění servisu a revizí přístrojů dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruky, která činí min. 36 měsíců.

Požadovaný zdravotnický prostředek musí splňovat parametry:

- Přesnost dávkování max. $\pm 5 \%$,
- rozsah dávkování min. v rozsahu 1 – 1200 ml/hod,
- možnost zadání parametrů infuze přepočtem objem-rychlost-čas,
- výpočet rychlosti dávky v g, mg, μ g, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta / čase,
- detekce vzduchu v systému,
- automatická redukce bolusového objemu po okluzi,
- detekce funkce kontinuální infuze (s detektorem kapek),
- uživatelské nastavování okluzního tlaku,
- zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy,
- přehledný a dobře čitelný displej, s možností regulace podsvícení displeje,
- alarmy optické a zvukové,
- možnost zobrazení popisu závady na displeji při alarmu,
- alarmy minimálně: vzduch v setu, otevřená dvířka, vybitá baterie, slabá baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, okluze nad i pod pumpou,
- interní paměť přístroje – celkem seznam min. 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů,
- zobrazení léku na displeji min. 10 písmen z důvodu nezaměnitelnosti léku,
- možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání,
- systém KVO s více rychlostmi,

- vestavěný akumulátor s kapacitou min. 4 hod provozu při rychlosti min. 5ml/hod, automatické dobíjení akumulátoru při připojení k napájecí síti,
- možnost provozu infuzní pumpy ze sítě včetně síťového kabelu,
- provozování infuzní pumpy v dokovací stanici, v poloze postavením na podložku, na infuzním stojanu,
- možnost vzdálené monitorace techniky v kombinaci s dokovací stanicí,
- možnost použití infuzních setů různých výrobců,
- součástí dodávky musí být i kvalitní držák k uchycení na infuzní stojan,
- plná lokalizace všech funkcí infuzní pumpy, veškerých textů na displeji v českém jazyce.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodané přístroje musí být nové, nerepasované a nepoužité.

Zadavatel dále požaduje:

Dodavatel v Příloze č. 1 Obchodních podmínek (Kupní smlouvy) uvede, zda jím nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr a dále uvede podrobnou technickou specifikaci a fotografii nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení. Obchodní podmínky včetně výše uvedené přílohy budou podepsány oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Dodavatel je oprávněn předložit zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto dokladu.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce.

Seznam poddodavatelů

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

Dodavatel provede přijímací zkoušku funkčnosti nabízeného zboží.

- dodávka bude realizována na základě předávacího protokolu vč. předání veškerých návodů k použití (1x v tištěné, 1x v elektronické podobě na CD/DVD či USB flash disku), prohlášení o shodě výrobku v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, záručního listu (vše v českém jazyce), proškolení obsluhy z užívání a údržby přístroje zdarma,
- po dobu záruky bude dodavatel poskytovat záruční servis, předepsané prohlídky a revize vč. náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné při prohlídkách přístroje pravidelně měnit dle platné legislativy a návodů výrobce, zejména zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a to zdarma,

3. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle bodu 11 „Zadávací dokumentace“ odešlete **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** v termínu do 15.06.2018 do 08:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

4. Doba a místo plnění

Požadovaný termín dodání zboží je 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Karviná.

5. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace

5.1. Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2).

5.2. Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží v kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

Výpis z obchodního i živnostenského rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

5.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadatel požaduje seznam min. 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným přístrojem, za poslední 3 roky ve finančním objemu min. 200.000,- Kč včetně DPH u každé samostatně (Příloha č. 3)

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, se stanovením dílčích kritérií:

1. Nabídková cena za 1 ks infuzní pumpy (cena/1 ks)	70%
2. Nabízený počet infuzních pump - celkové množství (ks)	10 %
3. Náklady na servis na dobu po uplynutí záruční doby (cena/1 hod)	10 %
4. Celkové náklady na předepsanou bezpečnostně technickou kontrolu na dobu 5 let po uplynutí záruční doby	10 %

Bližší specifikace dílčích kritérií:

<u>Nabídková cena</u>	70 %
------------------------------	-------------

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $70 \cdot \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$

<u>Nabízený počet infuzních pump – celkové množství (ks)</u>	10 %
---	-------------

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou maximální nabízený počet infuzních pump v celkové předpokládané hodnotě zakázky.

Nejvíce bodů získá nabídka s nevyšší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $10 \cdot \text{Hodnota posuzované nabídky} / \text{Hodnota nejvhodnější nabídky}$

<u>Náklady na servis na dobu po uplynutí záruční doby</u>	10 %
--	-------------

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou náklady pozáručního servisu formou ceny za 1 hodinu práce bez DPH a s DPH. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele, zejména hodinovou mzdu pracovníka, ostatní náklady spojené

s příslušným výkonem (vyjma nákladů na náhradní díly), náklady na dopravu a zmeškaný čas, atd. Uvedené údaje budou součástí kupní smlouvy a krycího listu a budou použity při fakturaci za dodané služby. Náklady na náhradní díly budou účtovány zvlášť a nejsou předmětem tohoto hodnotícího kritéria.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $10 \cdot \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$

Celkové náklady na předepsanou bezpečnostně technickou kontrolu na dobu 5 let po uplynutí záruční doby 10 %

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou celkový seznam předepsaných a zákonných kontrol a revizí, jejich druh a celkové náklady na jejich provedení u každé kontroly resp. revize. Uvedené celkové ceny (bez DPH i s DPH) musí obsahovat veškeré náklady spojené s provedením příslušné kontroly nebo revize, tj. zejména ceny náhradních dílů, které budou na základě doporučení výrobce během pravidelných kontrol měněny, hodinovou mzdu pracovníka, ostatní náklady spojené s příslušným výkonem, náklady na dopravu (Kč/km) a zmeškaný čas (1 hod práce), atd. Uvedené údaje budou součástí kupní smlouvy a krycího listu a budou použity při fakturaci za dodané služby. **Náklady budou vyčísleny v součtu za celkový nabízený počet infuzních pump, nikoli za 1 ks.**

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $10 \cdot \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$

Pozn.: Cena bude vždy hodnocena vč. DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného účastníka ZŘ.

Hodnocena bude celková cena za dodávku, instalaci, zprovoznění, instruktáž a předvedení funkčnosti infuzních pump, cestovních nákladů, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby, provádění servisu a revizí po celou dobu záruky a všech dalších nákladů.

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést nabídkovou cenu na celý předmět plnění veřejné zakázky, která bude členěna na:

Plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH ...% v Kč	Cena celkem vč. DPH (doplň dodavatel)
..... (... ks)			
dodavatel doplní přesné označení veškerého druhu zboží			
Nabídková cena celkem			

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

8. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

9. Kontaktní osoba zadavatele

Bc. Alexandra Stušová, specialista na veřejné zakázky a dotace, tel. 596 383 274, stusova@nspka.cz

Ing. Pavol Jantoš, referent investic, tel. 596 383 527, jantos@nspka.cz

10. Zadávací lhůta

Do 31.08.2018.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou Kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vč. příloh (specifikace nabízeného zboží, ze které bude možné zjistit, zda zboží splňuje požadované parametry dle zadávací dokumentace a cenové nabídky), doplněné (viz poznámky žlutě označené v textu) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 3)
- c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4) ve formátu .pdf a rovněž .doc
- d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5)

Součástí nabídky bude rovněž:

- e) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu .pdf a rovněž .doc; viz bod c)
- f) cenová nabídka (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu .pdf a rovněž .doc; viz bod c)
- g) doklad prokazující shodu dodavatelem nabízeného zboží
- h) seznam poddodavatelů (má-li smysl)
- i) doklad o oprávnění k prodeji, distribuci a servisu

Dále dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Jednotlivé stránky nabídky budou očíslovány vzestupně.

12. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

371 900,- Kč bez DPH.

13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavače, pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>

14. Další informace a údaje

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona,
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- e. Upozorňujeme na skutečnost, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno obsah zadávací dokumentace ke stažení a sekci *Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace* průběžně sledovat.
- f. Vzhledem k tomu, že je veřejné zakázky realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení účastníkům.
Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- g. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- h. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- i. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- j. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- k. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení za zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- l. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.
- m. Zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude hodnotit.

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce; v. r.
ředitel