

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZ Pořízení zdravotnických přístrojů – infuzní pumpy II

I. Dotaz

Věc: žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) k veřejné zakázce vedené pod názvem „Pořízení zdravotnických přístrojů – infuzní pumpy II“:

ze zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požaduje přístroj, který umožňuje použití infuzních setů různých výrobců, bude zadavatel akceptovat přístroj, který umožňuje použití široké nabídky bezpečnostních dedikovaných setů pro běžnou infuzi, transfuzi, podání světlocitlivých látek a parenterální výživy, u nichž výrobce garantuje využití tohoto typu setů na 72 hodin? Ekonomická výhodnost tohoto modelu je úspěšně prověřena v mnoha českých i zahraničních nemocnicích z níže uvedených důvodů:

- Univerzální set je potřeba bezpodmínečně měnit v rozmezí 8- 24 hodin, bez ohledu na délku infuzní léčby, tzn. v případě tří denní infuzní léčby je spotřebováno 3- 9 setů, oproti jednomu dedikovanému
- Každá pumpa, ve které se použijí nededikované sety, se musí při změně setu nakalibrovat, u dedikovaných setů jsou pumpy již nakalibrovány od výrobce na maximální přesnost podávání infuze.
- Dedikovaný set šetří čas personálu jelikož jej není potřeba posouvat v pumpě kvůli jeho postupné deformaci již např. po každých 8 hodinách, jako v případě použití univerzálního setu (dedikované sety mají stálost přesnosti až po 72 hodin).
- Nededikované sety od pumpy k pacientovi neposkytují dostatečnou délku a je tedy zapotřebí k nim dokupovat prodlužovací hadičky, čímž se zadavateli použití těchto setů dále prodražuje.
- Použití nededikovaných setů s sebou přináší mnoho nevýhod a nepřesného podání infuze pacientovi, kvůli použití méně kvalitního materiálu dochází k nepřesnosti monitorování okluzního tlaku

Odpověď

Ne, zadavatel nebude nabízené řešení přístroje akceptovat.

V Karviné dne 07.06.2018

vyřizuje: Bc. Alexandra Stuřová