

DODATEČNÁ INFORMACE NEBO VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. I

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína II.“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na základě níže citovaných dotazů dodavatele vysvětlení zadávací dokumentace – Část IV.

Dotaz:

„Jako dodavatel mající vážný zájem účastnit se předmětného zadávacího řízení a podat nabídku na předmětnou veřejnou zakázku se s ohledem na ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na Vás obracím s níže uvedenými dotazy na předmětnou veřejnou zakázku s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - Elektromedicína II“ (evidenční číslo zakázky Z2oL8-o247o)] týkající se předmětné zadávací dokumentace přesněji pak v Příloze č.1-Zadávací dokumentace: „Požadované technické parametry“ pro část IV, „Monitor hemodynamický“ jsou mimo jiné uvedeny parametry:

možnost korekce výpočtu u měření metodou pulmonární termodiluce

Tato formulace parametru nedává smysl a zřejmě měla být z tabulky parametrů vypuštěna.

DOTAZ č.1:

Vypustí tedy zadavatel výše uvedenou formulaci z tabulky „Požadovaných technických parametrů“?

možnost srozumitelné a jednoduché vizualizace fyziologických parametrů pro snadné zhodnocení stavu pacienta (vizualizace úrovně vody v plicích, vaskulatury pro znázornění vazokonstrikce či vazodilatace, vizualizace stavu pacienta na Frank-Storlingově křivce, vizualizace velikosti srdce pro znázornění volumetrického stavu pacienta)

Takto popsanou vizualizaci nabízí pouze opět jediný výrobce - firma Edwards - a tudíž tento požadavek je diskriminační' ostatní známí výrobci mají podobnou vizualizaci například ve formě sloupcových a pavoučích grafů apod. Je pochopitelné, že různí výrobci mají různou grafickou úpravu zobrazovaných parametrů přičemž však vše vede ke stejnému medicínskému účelu.

DOTAZ č. 2:

Bude vzhledem k uvedeným faktům zadavatel akceptovat nabídku uchazeče na přístroj mající obdobnou možnost vizualizace při splnění stejného medicínského účelu?

možnost rozšíření měření monitorace o neinvazivní měření pomocí prstové manžety

Tuto možnost zároveň s ostatními požadovanými parametry, konkrétně měření metodou tranpulmonální diluce, nabízí pouze jeden jediný výrobce - firma Edwards. Tento požadavek je tedy zcela diskriminační. Různí výrobci nabízí pro základní měření hemodynamiky na stejném přístroji i jiné metody měření (minimálně invazivní- bez potřeby zavádění arteriálního katetru) při zachování stejného medicínského účelu.

Tento dotaz byl již položen v minulém zadávacím řízení (na základě námítky zrušeném) a přesto se tento diskriminační parametr opět objevuje v „Požadovaných technických parametrech“.

DOTAZ č. 3:

Bude vzhledem k uvedeným faktům zadavatel akceptovat nabídku uchazeče na přístroj umožňující rozšíření měření monitorace pomocí minimálně invazivní technologie vedoucí ke stejnému medicínskému účelu a použití?

Odpověď:

ad. 1) Nikoli

ad. 2) Ano.

ad. 3) Ano, pokud přístroj umožňuje rozšíření o neinvazivní měření.

Zadávací podmínky zůstávají v ostatním beze změn.

V Ostravě dne 15.8.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka