

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

(dále jen „Oznámení“)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 02-16-03-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Dodávka 2 ks lůžek vč. příslušenství pro JIP III“

I.	Zadavatel:	příspěvková organizace
	Název:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
	Sídlo:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
	IČ zadavatele:	008 44 853
	Oprávněná osoba za zadavatele:	Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBA ředitel
	Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Alexandra Stušová specialista pro veřejné zakázky a dotace
	Telefon:	596 383 274
	E-mail:	stusova@nspka.cz
II.	Druh veřejné zakázky:	dodávky
	Číselné označení zakázky:	P18V00000280
	Předmět veřejné zakázky:	Dodání, instalace a předvedení 2 lůžek včetně příslušenství, dle požadovaných parametrů.
	Zadávací dokumentace:	Příloha č. 1 <u>Související přílohy:</u> Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Obchodní podmínky – Příloha č. 3 Krycí list nabídky – Příloha č. 4 Seznam významných dodávek – Příloha č. 5
III.	Lhůta pro podání nabídek:	28.08.2018, 07:00 hod.
	Místo pro podání nabídek:	https://msk.ezak.cz/vz00004265
IV.	Údaje o hodnotících kritériích:	N ejnižší nabídková cena ... váha 80% N áklady na servis na dobu po uplynutí záruční doby (cena/1 hod) ... váha 10% N áklady na předepsanou odbornou údržbu na dobu 5 let po uplynutí záruční doby (Kč) ... váha 10% Hodnocena bude vždy cena vč. DPH

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

Příloha č. 1 Oznámení

VZ „Dodávka 2 ks lůžek vč. příslušenství pro JIP III“

Zadávací dokumentace

„Dodávka 2 ks lůžek vč. příslušenství pro JIP III“

1. Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace
Vydmucho 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

Zastoupena Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce - ředitelem

2. Druh a předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání, instalace a předvedení funkčnosti 2 ks lůžek včetně níže uvedeného příslušenství, vše pro potřeby Interní JIP, Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, p.o., pracoviště Orlová.

Součástí zakázky je také zaškolení obsluhy a dodání příslušné dokumentace, bezplatné provádění servisu a revizí vybavení dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruky, která činí min. 36 měsíců.

Požadovaný přístroj musí splňovat parametry:

Nemocniční lůžko JIP 2 ks:

- Čtyřdílná ložná plocha min. 200x85 cm;
- velmi stabilní sloupový a jednoduše čistitelný podvozek lůžka;
- plastové postranice dělené (ze tří částí – hlavová, tělová a nožní) s integrovanými ovladači (minimálně ovládání zádové a nožní části dále pak výšky) na vnitřní i venkovní straně postranic v hlavové části), postranice se zajištěním bezpečnosti pacienta;
- výška postranic minimálně 45cm nad ložnou plochu
- předprogramované důležité polohy (např. resuscitační poloha, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, opačná Trendelenburgova poloha, nebo jiné); nejlépe jednotlačítkové ovládání;
- zdvih lůžka elektromotorem nejnižší poloha musí být pod 40 cm (nižší je lepší) a nejvyšší poloha musí být vyšší než 75 cm (vyšší je lepší);
- polohování ložné plochy pomocí elektromotoru;
- zálohová baterie (ideálně s vlastní autodiagnostikou kapacity životnosti);
- možnost náklonu do Trendelenburgovy minimálně 13° a Antitrendelenburgovy minimálně-13° polohy pomocí elektromotoru;
- indikátory náklonu ve stupních
- požadavek na antidekubitní efekt pro pacienta (antidekubitní matrace, schopnost dvojité autoregrese zádového a stehenního dílu ložné plochy, atd.);
- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR);
- odnímatelná plastová čela s aretací proti nechtěnému vyjmutí;
- hlavové čelo pevné tzn. při náklonu lůžka do TR polohy zůstává hlavové čelo ve stabilní poloze bez náklonu;
- možnost současného polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy

- integrované prodloužení lůžka minimálně o 15 cm;
- 4 kolečka o průměru minimálně 150 mm s centrálním ovládáním brzd;
- automatické zabrzdění lůžka po připojení do sítě
- držáky na drobné příslušenství;
- držáky na infúzní stojan, hrazdu;
- ochranná kolečka v rozích lůžka;
- ložná plocha z odnímatelných plastových dílů;
- nosnost lůžka nejméně 250 kg;
- lůžko musí splňovat požadavky normy ČSN EN 60601-2-52
- hrazda + madlo
- infuzní stojan

Příslušenství:

Matrace pasivní 2 ks

- preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví
- matrace má na spodní straně v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky nimž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka
- matrace je vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů
- matrace je vyrobena ze dvou typů pěn o různých vlastnostech
- horní vrstva je vyrobena z pěny hustoty min. 50 kg/m³
- odpor pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m²
- spodní vrstva je vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 52 kg/m³
- odpor pěny proti stlačení max. 2,2 kg/m²
- nehořlavost pěn je CRIB 5
- matrace je opatřena termo vrstvou tvořenou PCM materiálem (Phase changing material), který při zvyšující se teplotě absorbuje přebytečné teplo z prostoru pod pacientem a distribuuje ho do celé ložné plochy matrace
- s pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm)
- potah je složený z kombinace šitých a svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu (pythionin zinku)
- nehořlavost horní strany potahu CRIB 7
- nehořlavost boční a spodní strany potahu CRIB 5
- zip je umístěn na po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení
- matrace je vybavena transportními úchyty
- výška matrace 14 cm
- nosnost matrace min. 230 kg

Stolek s jídelní deskou 2 ks

- oboustranně přístupný patientský stolek
- korpus kovový, lakovaný
- integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny
- jídelní deska umožňuje náklon
- zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky
- malá horní zásuvka
- velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l)
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použití pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodané zboží musí být nové, nerepasované a nepoužité.

Zadavatel dále požaduje:

Dodavatel v Příloze č. 1 Obchodních podmínek (Kupní smlouvy) uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadovaný parametr a dále uvede podrobnou technickou specifikaci a fotografii nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení. Obchodní podmínky včetně výše uvedené přílohy budou podepsány oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Dodavatel je oprávněn předložit zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto dokladu.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce.

Dodavatel v rámci nabídky doloží doklady osob, které jsou proškoleny výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem k provádění odborné údržby dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

Seznam poddodavatelů

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

Dodavatel provede přijímací zkoušku funkčnosti nabízeného zboží.

- dodávka bude realizována na základě předávacího protokolu vč. předání veškerých návodů k použití (1x v tištěné, 1x v elektronické podobě na CD/DVD či USB flash disku), prohlášení o shodě výrobku v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, záručního listu (vše v českém jazyce), proškolení obsluhy z užívání a údržby přístroje zdarma,
- po dobu záruky bude dodavatel poskytovat záruční servis, předepsané prohlídky a revize vč. náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné při prohlídkách přístroje pravidelně měnit dle platné legislativy a návodů výrobce, zejména zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a to zdarma.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle bodu 11 „Zadávací dokumentace“ odešlete **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** v termínu do 28.08.2018 do 07:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

4. Doba a místo plnění

Požadovaný termín dodání zboží je 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Interní JIP, pracoviště Orlová.

5. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti

5.1. Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

5.2. Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží v kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

Výpis z obchodního i živnostenského rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

5.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje seznam min. 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným zbožím, za poslední 3 roky ve finančním objemu min. 88 000,- Kč včetně DPH u každé samostatně (Příloha č. 5 Oznámení)

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, se stanovením dílčích kritérií:

1. Nabídková cena	80%
2. Náklady na servis na dobu po uplynutí záruční doby (cena/1 hod)	10 %
3. Náklady na předepsanou odbornou údržbu na dobu 5 let po uplynutí záruční doby	10 %

Bližší specifikace dílčích kritérií:

<u>Nabídková cena</u>	80 %
------------------------------	-------------

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu v součtu za 2 ks lůžek včetně příslušenství. V této ceně musí být započítána dodávka zboží na konkrétní pracoviště, instalace, předvedení funkčnosti, cestovní náklady, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby a jiné.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $80 \cdot \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$

<u>Náklady na servis na dobu po uplynutí záruční doby</u>	10 %
--	-------------

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou náklady pozáručního servisu formou ceny za 1 hodinu práce bez DPH a s DPH. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele, zejména hodinovou mzdu pracovníka, ostatní náklady spojené s příslušným výkonem (vyjma nákladů na náhradní díly), náklady na dopravu a zmeškaný čas, atd. Uvedené údaje budou součástí kupní smlouvy a krycího listu a budou použity při fakturaci za dodané služby. Náklady na náhradní díly budou účtovány zvlášť a nejsou předmětem tohoto hodnotícího kritéria.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $10 \cdot \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$

<u>Náklady na předepsanou odbornou údržbu na dobu 5 let po uplynutí záruční doby</u>	10 %
---	-------------

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou celkový seznam předepsaných a zákonných kontrol a revizí, jejich druh a celkové náklady na jejich provedení u každé kontroly resp. revize. Uvedené celkové ceny (bez DPH i s DPH) musí obsahovat veškeré náklady spojené s provedením příslušné kontroly nebo revize, tj. zejména ceny náhradních dílů, které budou na základě doporučení výrobce během pravidelných kontrol měněny, hodinovou mzdu pracovníka, ostatní náklady spojené s příslušným výkonem, náklady na dopravu (Kč/km) a zmeškaný čas (1 hod práce), atd. Uvedené údaje budou součástí kupní smlouvy a krycího listu a budou použity při fakturaci za dodané služby. V krycím listu budou vyčísleny tyto celkové náklady v součtu pro obě lůžka. Náklady budou vyčísleny za obě lůžka včetně příslušenství, nikoliv za 1 ks.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

Pozn.: Cena bude vždy hodnocena vč. DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného účastníka ZŘ.

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen nabídkové ceny uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 3 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 4 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

8. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktur je do 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

9. Kontaktní osoba zadavatele

Bc. Alexandra Stušová, specialista na veřejné zakázky a dotace, tel. 596 383 274, stusova@nspka.cz

10. Zadávací lhůta

Do 31.10.2018.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 3 Výzvy. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vč. příloh (specifikace nabízeného zboží, ze které bude možné zjistit, zda zboží splňuje požadované parametry dle zadávací dokumentace a cenové nabídky), doplněné (viz poznámky žlutě označené v textu) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- b) Obchodní podmínky (Příloha č. 3) ve formátu .pdf a rovněž .doc
- c) Krycí list nabídky (Příloha č. 4)
- d) Seznam významných dodávek (Příloha č. 5)

Součástí nabídky bude rovněž:

- e) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu .pdf a rovněž .doc; viz bod c)
- f) cenová nabídka (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu .pdf a rovněž .doc; viz bod c)
- g) doklad prokazující shodu dodavatelem nabízeného zboží
- h) seznam poddodavatelů (má-li smysl)
- i) doklad o oprávnění k prodeji, distribuci a servisu (SÚKL)
- j) doklad o zaškolení, autorizaci, provádění instruktáže, servisu a odborné údržby (souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR)

Dále dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Jednotlivé stránky nabídky budou očíslovány vzestupně.

12. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

147 000,- Kč bez DPH.

13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavače, pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>

14. Další informace a údaje

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona,
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- e. Upozorňujeme na skutečnost, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno obsah zadávací dokumentace ke stažení a sekci *Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace* průběžně sledovat.
- f. Vzhledem k tomu, že je veřejné zakázky realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení účastníkům.
Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- g. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- h. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- i. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.

- j. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- k. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení za zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- l. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.
- m. Zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude hodnotit.

S pozdravem

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce v. r.

ředitel