

DODATEČNÁ INFORMACE nebo VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. II

k veřejné zakázce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika II“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující dodatečnou informaci a vysvětlení zadávací dokumentace – **ČÁST II.**

Dotazy:

Dotaz č. 1

V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Požadované technické parametry“ – uvádíte v II. části „Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks)“

- **hematologický analyzátor již v ČR zaveden (úspěšné cykly EHK; tj. dostatečný počet účastníků ve všech kontrolních cyklech v roce).**

Tento požadavek nedovoluje nabídnout nejnovější technologii. Uchazeč může nabídnout nejnovější typ hematologického analyzátoru, který je v ČR zaveden velmi krátce a z pochopitelných důvodů tedy není v kontrolních cyklech SEKK přihlášen dostatečný počet účastníků/uživatelů.

- Bude zadavatel akceptovat doložení kvality nabízené technologie úspěšností v cyklech SEKK u předchozích generací v ČR úspěšně zavedených a ověřených hematologických analyzátorů, které provádí měření na stejné technologické platformě?

Dotaz č. 2

V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Požadované technické parametry“ – uvádíte v II. části „Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks)“

- **vyšetření KO / KO+diff / KO+RTC / KO+diff+RTC / RTC, dále pak nezralá frakce trombocytů, buničky v likvoru (mononukleáry x polymorfonukleáry)**
- Trvá zadavatel přesně na těchto kombinacích vydávaných parametrů nebo bude akceptovat i jiné kombinace, např. KO+DIFF, KO+DIFF+RTC, včetně nezralé frakce trombocytů a analýzy buněk likvoru (mononukleáry x polymorfonukleáry)?

Dotaz č. 3

V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Požadované technické parametry“ – uvádíte v II. části „Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks)“

- **možnost měření samostatného KO bez diff**

Požadavek měření samotného KO bez DIFF vychází ze zastaralé praxe s cílem šetřit náklady na provedení DIFF.

- Bude zadavatel akceptovat nabídku s nejnovější technologií, kdy je spolu s KO měřen i DIFF? Tato technologie vychází z nejnovějších požadavků kliniků pro úspěšný screening a záchyt patologií, které u vzorků bez DIFF nelze zachytit. Měření DIFF spolu s KO umožňuje speciální technologie využívající malého množství reagentů, náklady na provedení DIFF jsou zde již zahrnuty v nákladech na provedení KO a byly by stanoveny na základě dohody se zadavatelem.

Dotaz č. 4

V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Požadované technické parametry“ – uvádíte v II. části „Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks)“

- **pozadí v „základním“ módu (tj. bez nutnosti volby dalšího režimu měření – souvisejícího s navýšením ceny analýzy); max: Plt: $5 \cdot 10^9/l$, WBC $0,1 \cdot 10^9/l$, RBC $0,02 \cdot 10^{12}/l$, RTC $5 \cdot 10^9/l$**
- *Ne zcela jasně rozumíme pojmu „pozadí v „základním“ módu bez nutnosti volby dalšího režimu měření“. Bude zadavatel akceptovat technologii kontrolující analytické „pozadí“ automaticky při startupu analyzátoru, popřípadě je možné tuto kontrolu spustit kdykoli manuálně s tím, že požadované limity budou splněny?“*

Odpověď zadavatele:

ad. 1)- Zadavatel bude akceptovat doložení kvality prostřednictvím systémů (fungujících na stejné technologické platformě) úspěšně zavedených v předchozích generacích. Takovéto systémy musí ale disponovat jedním aspiračním systémem a současně v "základním měřicím módu" musí být schopny vydávat parametr NRBC (bez nutnosti dalších reagentů).

ad. 2) - Zadavatel bude akceptovat i jiné kombinace.

ad. 3) - Zadavatel bude akceptovat i současné měření KO + DIFF, bude-li zohledněna cena diagnostik.

ad. 4) - Zadavatel bude akceptovat vámi navržený postup stanovení "pozadí".

Na základě těchto vysvětlení zadavatel prodlužuje ve smyslu ust. § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek v rámci části II o celou její původní délku.

PRO ČÁST II: Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks) SE NOVĚ STANOVÍ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 20.09.2018 09:00:00 HOD, OBÁLKY S NABÍDKAMI SE BUDOU OTEVÍRAT DNE 20.09.2018 od 11:00:00 HOD.

UVEDENÁ ZMĚNA SE TÝKÁ POUZE ČÁSTI II.

Zadavatel zároveň se zveřejněním této dodatečné informace zveřejňuje také upravené znění Požadovaných technických parametrů v rámci části II.

V ostatním zůstávají zadávací podmínky potažmo zadávací dokumentace beze změn.

V Ostravě dne 17.8.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka