

Zadavatel: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.**
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA – ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, v souladu se ZZVZ
„**Dodávky diagnostických testů včetně výpůjčky biochemického a imunochemického analytického systému**“

Pořadové číslo zakázky: P/016/INV/18
Číslo spisu na profilu zadavatele: P1800000289
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-028190

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 27. 8. 2018 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ sděluje následující:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci

Umožní zadavatel řešení, ve kterém by vyšetření homocysteinu, cystaninu C a B2 Mikroglobulinu bylo vyšetřováno místo na imunochemickém analyzátoru na analyzátoru biochemickém?

Odpověď č. 1

Zadavatel upřednostňuje kvůli nízké frekvenci vyšetření stanovení na imunochemickém analyzátoru. Zadavatel bude také akceptovat stanovení uvedených parametrů na analyzátoru biochemickém.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci

Mohl by zadavatel uvést samostatnou statistiku pro vyšetření "TUMORMARKERY CA 19-9, CA 15-3, CA 125", které jsou v "příloze č. 1a" uvedeny v rámci jednoho řádku?

Odpověď č. 2

Ca 19-9: 622 / rok 2017
Ca 125: 119 / rok 2017
Ca 15-3: 58 / rok 2017

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci

Disponuje zadavatel půdorysem laboratoře v souboru .DWG, který by mohl zveřejnit pro lepší a přesnější zakreslení navrhované instrumentace?

Odpověď č. 3

Zadavatel jako přílohu dodatečných informací č. 1 přikládá půdorys laboratoře v požadovaném souboru - viz: FM_TRANSF_2NP.DWG

II.

Doplnění zadávací dokumentace zadavatelem

Zadavatel souladu s ustanovením § 99 ZZVZ doplňuje zadávací podmínky obsažené v článku 2 zadávací dokumentace o odstavec 4., který zní:



4. Přístroje, které jsou předmětem veřejné zakázky, musí splňovat technické parametry uvedené v Příloze č. 1b zadávací dokumentace.

III.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to do **2. 10. 2018 do 9:00 hodin**.

Nabídky se podávají v souladu se zadávací dokumentací prostřednictvím elektronického nástroje, kterým je profil zadavatele v systému E-ZAK, dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

Ve Frýdku-Místku, dne 29. 8. 2018



Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.