

Zadavatel: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.**
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA – ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, v souladu se ZZVZ
„**Dodávky diagnostických testů včetně výpůjčky biochemického a imunochemického analytického systému**“

Pořadové číslo zakázky: P/016/INV/18
Číslo spisu na profilu zadavatele: P1800000289
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-028190

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 4. 9. 2018 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ sděluje následující:


Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci

Rádi bychom se v souvislosti s veřejnou zakázkou č. P/016/INV/18 zadavatele Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. zeptali, zda zadavatel připouští maximální objem vzorku 145 µl namísto v technické specifikaci uvedených 100 µl (přístroj C a D v zadávací dokumentaci).

Naše společnost nabízí nejmodernější technologii a zároveň nejširší spektrum přímo měřených parametrů včetně urey a kreatininu. Z klinického hlediska je objemový rozdíl 45 µl minimální.

Odpověď č. 1

Ne, nepřipouští. Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci.



Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Krásnohorské 321, Frýdek
Ing. **Tomáš Stejskal**, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Ve Frýdku-Místku, dne 5. 9. 2018