

DODATEK Č. 1 **KE KUPNÍ SMLOUVĚ**

I. **Smluvní strany**

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
 zastoupen: MUDr. Ladislav Václavcem, MBA, ředitelem
 IČ: 00844641
 DIČ: CZ00844641
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 2870392/0800
 zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876

dále jen „kupující“

a

2. Suppméd, s.r.o.

se sídlem: U nákladového nádraží 1949/2, 130 00 Praha 3
 zastoupena: Mgr. Jiřím Urválkem, jednatelem
 kontaktní osoba: Monika Záhořová
 telefon: +420 775 979 201
 e-mail: monika.zahorova@suppméd.cz
 IČ: 24170674
 DIČ: CZ24170674
 bankovní spojení: Raiffeisenbank, s.r.o.,
 číslo účtu: 6540917001/5500
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185220

dále jen „prodávající“

Prodávající výslovně prohlašuje, že nově prodáváný typ desinfektoru endoskopů splňuje veškeré technické parametry požadované v rámci veřejné zakázky „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZS Krnov, p. o. - 2. etapa – ČÁST 3: Přístroje pro údržbu endoskopů“ a tyto parametry nejsou podstatnou změnou technických požadavků, dle podmínek výběrového řízení a kupní smlouvy ze dne 27.8.2018 a změnou předmětu plnění nedochází k porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vzhledem k výše uvedenému tvrzení prodávajícího a k tomu, že smluvní strany dospěly k úplnému a vzájemnému konsensu v níže uvedených skutečnostech, rozhodly se uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke kupní smlouvě ze dne 27.8.2018 (dále jen „Dodatek“):

I.

I. Smluvní strany se dohodly na změně kupní smlouvy ze dne 27.8.2018 takto:

I.1. Zrušuje se článek III, odst. 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží – zdravotnickou techniku 1 ks Automatický desinfektor pro flexibilní endoskop- BHT INNOVA E2 DC, 1 ks Automatický dezinfikátor pro flexibilní endoskop Wassenburg WD 415, 1 ks Sušicí a úložný systém endoskopů Wassenburg DRY 320, jehož specifikace je uvedena v příloze č.1 této smlouvy (dále také

„zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. V této smlouvy.

I.2. Zrušuje se v příloze č. 1 – specifikace zboží odstavec technický popis mycího a dezinfekčního automatu BHT Innova E2s a nahrazuje se tímto novým:

Technický popis mycího a dezinfekčního automatu BHT INNOVA E2 DC

Mycí a dezinfekční automat pro mytí, čištění, dezinfekci a sušení flexibilních endoskopů, instrumentů nebo variantně operační obuvi, skla a následný reprocessing jejich použití, pro způsob chemické dezinfekce.

- Přední plnění vyklápěcími dvířky zavěšenými na pantech ve spodní části, celý přístroj je vyroben kompletně z nerezové oceli AISI 304.
- Instalace je možná jak pod pultem nebo volitelně jako volně stojící model s krycí deskou.
- Mikroprocesorové řízení prostřednictvím ovládací klávesnice a digitálního LCD displeje se 2 řádky jasně zobrazeného textu.

Charakteristika a technické údaje:

- Pro mytí, čištění, dezinfekci a sušení flexibilních endoskopů (až 2 úložné úrovně)
- Termální chemická dezinfekce pro čištění a dezinfekci instrumentů, endoskopů, sálové obuvi, laboratorního skla a dalších materiálů
- Termochemická dezinfekce dvoustupňová dezinfekce
- Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů a jejich příslušenství a plně kompatibilní s produkty dalších výrobců
- Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata)
- Automatická kontrola průchodnosti všech připojených kanálků
- Autodezinfekční cyklus
- Digitální LCD displeje s 2 řádky jasně zobrazeného textu – dobu chodu, programy, chybová hlášení a poruchy) volitelně ČESKÉ UŽIVATELSKÉ MENU!
- Automatické dávkování pracovních roztoků
- 3 programy pro endoskopy, 1 program pro příslušenství a až 11 volně programovatelných programových pozic.
- 2 plně automatická dávkovací čerpadla pro chemické roztoky, včetně dávkovacích ovládacích prvků pro objemové sledování dávkování činidel a 2 úrovně regulace (buď pro 5/10 l nebo 30 l nádoby).
- Vysoký tlak vzduchu pro sušení (80 m³ / h při 0,8 kW ventilátoru) přímo přes mycí jet systém.
- Volitelně automatická identifikace sít až na 250 ID čísel
- Volitelně automatická identifikace uživatelů (100 různých uživatelů)
- Zkouška těsnosti se zkušebním postupem integrovaným tlaku
- Externí tiskárna pro dokumentaci procesu
- Včetně rozhraní RS-232 pro připojení k externí tiskárně, PC nebo jiné jednotce pro zpracování dat.
- Datové rozhraní pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici
- S vnitřní přípravou oplachové vody pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s iontoměničem, kompatibilní s externími mikrobiologickými úpravami a vodními filtračními systémy. Včetně ohřívacího výměníku pro tepelnou dezinfekci DI-voda pro finální oplach, s rekuperací tepla.

- Přístroj je v souladu s požadavky normy EN-ISO 15883-4.
- Díky možnosti "multi-funkční zařízení" je v souladu také s EN-ISO 15883-1 / 2.
- Mycí a dezinfekční automaty plně vyhovují české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012, norma ISO-15883-1) – musí umožňovat dokumentaci reálných dat z průběhu mycího a dezinfekčního cyklu – procesu!

Technická specifikace

- Rozměry: volně stojící systém š/h/v 600 x 600 x 820 mm
- Mycí a dezinfekční komora š/h/v 390 x 480 x 525 mm
- Objem 98 L
- Minimální stavební připravenost: běžná vodovodní přípojku, běžný odpad
- Materiál: Vnější plášť a mycí komora je kompletně vyrobena s nerezové oceli 304
- Váha: 85 kg
- Elektrické připojení: 1 phb/AC 230 V, 50/60 Hz, 16 A
- Připojení: studená, teplá, DI voda 3/4" 2 – 5 bar
- Odpadní voda 1 1/2" 30 l/min
- Vypouštěcí hadice DN 20
- Mycí výkon: čerstvý vodní systém, výkon čerpadla 140 l / min, zahřívání nádrže 7 kW
- Sušení: Vysoký tlak 80 m3 / h, možnost turbíny: topení 3,6 kW
- Odpadní vzduch DN 70, teplota sušení 45 ° C (volitelně až 110 ° C)
- Varianta: odtah vzduchu kondenzátorem
- DI ohřívač vody: tepelná dezinfekce, objem 12 L, topení 2,7 kW s rekuperací tepla
- Zkouška těsnosti: zkušební automatická zkouška těsnosti (nezávisle): s analogovým tlakovým spínačem
- Dávkování: 2 dávkovací systémy s kontrolou dávkování a dynamickým dávkováním. Mikroprocesor 3 programy pro mytí a dezinfekci materiálů, 11 volně programovatelných pozic, RS232 rozhraní pro komunikaci s PC, možnost připojení čtečky čárových kódů, rozhraní tiskárny, přímé napojení na INNOVA® HMS pro integrovaný nebo externí provoz INNOVA® CMS. Omezení multi-funkcionalit je možné prostřednictvím CMS.

I.3. Zrušuje se v příloze č. 2 cenová kalkulace a nahrazuje se tímto novým:

Položka	Množství	Cena/ks v Kč bez DPH	Cena/ks v Kč vč. DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč.DPH
Automatický dezinfektor pro flexibilní endoskop – BHT INNOVA E2 DC	1	795 000,-	961 950,-	795 000,-	961 950,-
Automatický dezinfektor pro flexibilní endoskop – Wassenburg WD415	1	1 078 000,-	1 304 380,-	1 078 000,-	1 304 380,-
Sušicí a úložný systém endoskopů – Wassenburg DRY 320	1	740 000,-	895 400,-	740 000,-	895 400,-
CELKEM		2 613 000,-		2 613 000,-	3 161 730,-

I.4. Zrušuje se v příloze č. 3 – Pozáruční servis a nahrazuje se tímto novým:

Položka	Dopravné – cena za 1 výjezd do místa plnění v Kč bez DPH	Cena servisní práce/1 hod. v Kč bez DPH	Cena PBTK v Kč bez DPH
Automatický dezinfektor pro flexibilní endoskop – BHT INNOVA E2 DC	2370 Kč bez DPH	350 Kč bez DPH	2890 Kč bez DPH
Automatický dezinfektor pro flexibilní endoskop – Wassenburg WD415	3500 Kč bez DPH	950 Kč bez DPH	5000 Kč bez DPH
Sušicí a úložný systém endoskopů – Wassenburg DRY 320	3500 Kč bez DPH	950 Kč bez DPH	3500 Kč bez DPH
CELKEM			

II.


Ostatní ujednání Kupní smlouvy ze dne 27.8.2018 zůstávají v původním a nezměněném znění a budou interpretována v souladu s tímto dodatkem č. 1.

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem vložení tohoto dodatku do registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany potvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jeho obsahem a že tento dodatek č. 1 nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Krnově dne

24. 10. 2018



MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel

V Praze, dne

16. 10. 2018

SUPPMED, s.r.o. ^{AS}

U nákladového nádraží 1949/2

130 00 Praha 3

IČO: 241 70 674, DIČ: CZ24170674

za prodávajícího

Mgr. Jiří Urválek, jednatel