

Zadávací dokumentace

dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Sídlo: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky

**zadávanou v otevřeném řízení v nadlimitním režimu v souladu se
zákonem**

Název veřejné zakázky:

**Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka
a instalace magnetické rezonance (MR 1,5T)
včetně pozáručního servisu na dobu 8 let**

Pořadové číslo:

P/035/INV/18

Veřejná zakázka

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka a instalace magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu na dobu 8 let
P/035/INV/18

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO zadavatele
Oprávněná osoba zadavatele:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
00 534 188

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
E-mail:
URL adresa:
Profil zadavatele:

Ing. Pavel Kubina, Knězková Alena

558 415 145, 558 415 173

kubina@nemfm.cz, knezkova@nemfm.cz

www.nemfm.cz

https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého a nerepasovaného přístroje magnetické rezonance (MR) s indukcí do 1,5T (dále též „MR nebo zboží“), včetně instalace do 1np bloku I. a 8 letého pozáručního servisu.

Zadavatel požaduje zboží s veškerým příslušenstvím dle technické specifikace (viz. Příloha č.1)

Nedílnou součástí dodávky musí být:

- uzavření servisní smlouvy pro zajištění komplexního pozáručního „full“ servisu po dobu 8 let. Smlouva nabude účinnosti prvním dnem po skončení záruky přístroje.
- Stavební úpravy spojené s instalací zboží v bloku I., 1np. Prostory budou připraveny pro instalaci magnetické rezonance, viz Příloha č. 6. výkres NemFM_I_DPS_107_1np_NS.pdf. Technologická zařízení budou umístěna v místnosti I-200. MR přístroj ve vyšetřovně I-199. Ve vyšetřovně bude zadavatelem připravena betonová podlaha s výškou -3 cm od úrovně podlah. Stínicí kabina (Faradayova klec), kompletně vystrojená (podlahová krytina, obklady stěn, podhled, osvětlení LED) a kompletní technologie chlazení s možností nouzového provozu na ztrátovou vodu z řadu musí být součástí dodávky MR přístroje. Pro instalaci je zadavatelem připraven montážní otvor šířky 1350 x 2100 mm. Případné další nutné manipulační otvory spojené s transportem a instalací přístroje budou součástí dodávky MR přístroje.
- zajištění a provedení všech nutných a platnými právními předpisy předepsaných zkoušek a měření, zpracování revizní a technické zprávy z provedených zkoušek, v platném znění, včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení. Doložení Prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy a návody originální a v českém jazyce (1x tištěný a 1x a 1 datovém vyhotovení na CD nebo paměti typu FLASH (formát doc, pdf))
- zpracování a předložení provozních řádů pro bezvadné provozování přístroje a jeho jednotlivých dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu přístroje,

resp. jeho dílčích částí, vše v českém jazyce ve 2x tištěném vyhotovení a 1 datovém vyhotovení na CD nebo paměti typu FLASH; návod na provoz a údržbu přístroje musí obsahovat podmínky, při jejichž dodržení bude přístroj správně užíván

- zpracování projektové dokumentace pro instalaci magnetické rezonance a její předání ve 2 tištěných vyhotoveních a 1x v datovém vyhotovení na CD nebo paměti typu FLASH.
- aplikační školení v místě instalace v min. rozsahu 30 pracovních dnů časově rozložené dle požadavků uživatele.

Klasifikace dle CPV:

33113000 – 5 Zobrazovací zařízení magnetické rezonance

33113100 – 6 Skenery pracující na základě magnetické rezonance

50421000 – 2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Veškeré dodávky nabízené účastníkem musí splňovat platné české normy a právní předpisy.

Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci, Příloha číslo 1. Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah $\pm 10\%$.

Zadavatel požaduje dodávku nového přístroje, nepřipouští možnost dodávky repasovaného přístroje.

Článek 3

Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídky budou podávány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html. Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, komise pro otevírání obálek takovou nabídku nebude otevírat. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Jazyk nabídky:

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce, mimo prohlášení o shodě výrobce, které může být v jednom z oficiálních jazyků EU. Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, vyhrazuje si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Katalogové informace, popisy, produktové listy (resp. datové listy) není nutné předkládat v překladu, připouští se jazyk anglický.

Veřejná zakázka

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka a instalace
magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu
na dobu 8 let
P/035/INV/18

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Na elektronickém nástroji E-ZAK bude umístěna veškerá dokumentace potřebná k podání nabídky.

Zadavatel nepovažuje za nutné provést prohlídku místa plnění.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK:

13. 12. 2018 do 9:00 hodin.

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje E-ZAK:

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Nabídkovou cenu vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s „Návodem pro účast“ (příloha č.7 ZD), a to ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.
2. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Kupní smlouvy a Servisní smlouvy, které jsou součástí zadávací dokumentace a které budou zpracovány v souladu s požadavky zadavatele na obchodní podmínky této zadávací dokumentace. **Zadavatel doporučuje, aby návrh Kupní smlouvy a Servisní smlouvy byl podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku či obdobné evidence. Bude-li návrh smlouvy opatřen podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele na základě plné moci, doporučuje zadavatel, aby nedílnou přílohou smlouvy byla i plná moc.** U společné nabídky více osob zadavatel doporučuje, aby návrh smlouvy byl podepsán všemi osobami oprávněnými zastupovat všechny jednotlivé účastníky společné nabídky či jimi zmocněnými osobami. Zadavatel doporučuje, aby v takovém případě bylo součástí nabídky zmocnění. Návrh smlouvy bude tvořit součást nabídky dodavatele.
3. Účastník vloží návrh Kupní smlouvy včetně účastníkem vypracované přílohy č.1 kupní smlouvy (podrobná specifikace zboží) do elektronického nástroje ve formátu *.pdf (podepsaná Kupní smlouva) a rovněž ve formátu *.doc (návrh Kupní smlouvy).
4. Účastník vloží návrh Servisní smlouvy do elektronického nástroje ve formátu *.pdf (podepsaná Kupní smlouva) a rovněž ve formátu *.doc (návrh Servisní smlouvy).
5. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž účastník splňuje požadovanou kvalifikaci.
6. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
7. **Nabídka jako celek vložená do elektronického nástroje E-ZAK bude opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.**
8. Členění nabídky:
 - Obsah nabídky
 - Vyplněný formulář – krycí list – příloha č. 2
 - Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace vč. vyplněných příloh

Veřejná zakázka

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka a instalace magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu na dobu 8 let
P/035/INV/18

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

- Návrh Kupní smlouvy vč. vypracované přílohy (ve formátu *doc a podepsaný ve formátu *pdf) – příloha č. 3a
- Návrh servisní smlouvy (ve formátu *doc a podepsaný ve formátu *pdf) – příloha č. 3b
- Vyplněný formulář – Technické parametry – příloha č. 1
- Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky
- Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky

Článek 4

Vysvětlení zadávací dokumentace

1. Dodavatel je oprávněn dle § 98 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Pokud nebude žádost o vysvětlení doručena zadavateli nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel není povinen požadované vysvětlení poskytnout. Na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané jinou než písemnou formou vloženou do elektronického nástroje E-ZAK nebo po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nebude brán zřetel. Telefonické dotazy nebudou zodpovídaný.
2. V žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.
3. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele.
4. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na elektronickém nástroji E-ZAK, bez identifikace dodavatele.
5. Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat v jazyce českém. Poskytované dokumenty a doklady předloží dodavatel v souladu s § 45 odst.3 zákona. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace i její vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Článek 5

Jistota

Zadavatel nepožaduje složení jistoty dle § 41 zákona.

Článek 6

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, zpracování nabídkové ceny

1. Zadavatel stanovil závazné obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu kupní smlouvy (dále jen „smlouvy“). Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace (příloha č.3a – Kupní smlouva a příloha č.3b – Servisní smlouva). Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny pro vyplnění, aniž by změnil či jinak přepsal obligatorní části smlouvy.
2. Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v návrhu smlouvy, splatnost faktur 30 dnů.
3. Stanovení nabídkové ceny:
 - účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č. 2) a v návrhu Kupní a Servisní smlouvy (Příloha č. 3a, 3b).
 - nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena s DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky,
 - nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Článek 7

Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští možnost podání variantních nabídek dle § 102 zákona.

Článek 8

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit pro plnění veřejné zakázky:

Kvalifikace

Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů musí být součástí nabídky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

- a) základní způsobilost podle § 74
- b) profesní způsobilost podle § 77
- c) technickou kvalifikaci podle § 79 odst.2 b)

Vybraný dodavatel předloží podle § 122 odst. 3, písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopie výše stanovených dokladů k prokázání splnění způsobilosti o jeho kvalifikaci.

Základní způsobilost podle § 74 zákona:

Způsobilým není dodavatel, který:

**Veřejná zakázka
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka a instalace
magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu
na dobu 8 let
P/035/INV/18**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazení odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) zákona); jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona)
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona)
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) zákona)
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona).

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona, pokud je v něm zapsán nebo certifikát dle § 234 zákona.

Doklady prokazující způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Prokázání splnění základní způsobilosti

Dodavatel podle § 75 odst. 1 zákona prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Veřejná zakázka

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka a instalace magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu na dobu 8 let
P/035/INV/18

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Za bezdlužnost účastníka dle výše uvedených bodů je podle zákona považován i stav, kdy má účastník se správcem nebo příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona

Účastník prokáže profesní způsobilost dle § 77 zákona předložením prosté kopie:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (§ 77, odst. 1),
- b) dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – výpis z živnostenského rejstříku pro předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (§ 77, odst. 2 písm. a))

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona, pokud je v něm zapsán nebo certifikát dle § 234 zákona.

Doklady prokazující způsobilost podle § 77 odst.1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b)

technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Účastník prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných dodávek zdravotnické techniky provedených dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel požaduje minimálně 1 referenční zakázku vztahující se k předmětu zakázky, tj. dodávka magnetické rezonance do 1,5 T.

Předložený seznam musí obsahovat následující údaje:

- označení subjektu, pro který byla zakázka realizována,
- stručný popis realizované dodávky s uvedením jejich rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč)
- období, ve kterém byla zakázka realizována,
- jméno a kontakt na osobu, která může uvedené údaje potvrdit.

Účastník vyplní přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení (§ 88 zákona)

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 1, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Článek 9

Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

1. Údaje uvedené v návrhu Kupní a Servisní smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh Kupní a Servisní smlouvy.
2. Účastník zároveň zpracuje přílohu č.1 k návrhu kupní smlouvy, ve které bude uvedena specifikace zboží, včetně položkových cen, pokud zboží obsahuje více komponentů.
3. Účastník musí předložit doklady vydané v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, prokazující shodu požadovaných výrobků (pro všechny nabízené přístroje vztahující se k předmětu zakázky). Požadované doklady prokazující shodu nabízených výrobků (Prohlášení o shodě) mohou být předloženy v neověřené fotokopii. Účastník odpovídá za jejich správnost.
4. Účastník musí předložit popisy a fotografie zboží určeného k dodání. Zadavatel požaduje předložit zejména originální datové listy (datasheet) výrobce nebo návod k použití či jiný obdobný doklad, ze kterého bude vyplývat splnění minimálních technických parametrů přístroje (viz. čl. 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky) požadovaných zadavatelem. Pokud parametry nejsou obsaženy v produktových listech, vyžadujeme potvrzení výrobce o hodnotách parametrů uvedených uchazečem. Pro splnění minimálních technických parametrů vyplní dodavatel tabulku uvedenou v příloze č. 1 – požadované technické parametry. Předkládané datové listy musí být originálními materiály výrobce.
5. Záruční dobu na přístroj požadujeme min. **48 měsíců**.
6. Pozáruční servis a dodávka náhradních dílů je garantována min. po dobu 8 let od faktického ukončení záruční doby.
7. Uveďte, zda-li se na některé komponenty zboží (spotřební materiál) vztahuje rozdílná záruka.
8. Zadavatel požaduje v rámci nabídky rovněž doložit:
 - katalog a ceník spotřebního materiálu (pokud je vyžadován při provozu)
9. Uveďte četnost provádění bezpečnostně technických kontrol.
10. Periodické bezpečnostně technické kontroly budou prováděny **v záruční době bezplatně a bez vyzvání**.
11. V souladu s § 39 zákona si zadavatel vyhrazuje právo, dle potřeby, na předvedení nabízeného přístroje k ověření požadovaných technických parametrů přístroje, garantovaných účastníkem ve své nabídce, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy.

Veřejná zakázka

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka a instalace
magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu
na dobu 8 let
P/035/INV/18

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Článek 10 Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost podaných nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 114, odst.2 zákona.

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena celkem bez DPH – (položka č. 5 krycího listu).....váha 100%
(nabídková cena přístroje, pozáruční servis po dobu 8 let)

Mimořádně nízká nabídková cena

Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 113 zákona.

Článek 11 Ostatní ujednání

1. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dle § 40 zákona. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta končí 30.6.2019.
2. Ukončením zadávacího řízení a oznámením výsledku zadávacího řízení nevznikne automaticky smluvní vztah.
3. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení. Dodavatelé nemají v žádném případě právo na náhradu výdajů spjatých s účastí v zadávacím řízení.
4. Otevírání nabídek proběhne dle § 109 odst. 1) zákona.
5. Zadavatel v souladu s § 104 odst. 1 písm. e) zákona požaduje poskytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy, a to formou dodání originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci a informací a dokladů dle § 104 odst. 2 písm. a) a b) zákona, tedy identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a doklady, z nichž vyplývá vztah skutečných majitelů k dodavateli;

Těmito doklady jsou zejména:

- ☒ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 - seznam akcionářů,
 - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
6. Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 zákona.
 7. Dodavatel podáním nabídky souhlasí s tím, aby smlouva a dodatky byly v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených zadavatelem resp. na profilu zadavatele. Současně bere na vědomí, že smlouva podléhá povinnému uveřejnění

**Veřejná zakázka
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka a instalace
magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu
na dobu 8 let
P/035/INV/18**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, že skutečnosti uvedené ve smlouvě vč. případných dodatků nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.
9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Ve Frýdku-Místku, listopad 2018



Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Požadované technické parametry
- Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 3a - Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 3b – Návrh servisní smlouvy
- Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek
- Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k servisu nabízeného přístroje
- Příloha č. 6 – Výkres
- Příloha č. 7 – Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele pro dodavatele

