



NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

AKREDITOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Třinec, 13. 11. 2018

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 5

Název VZ: Dodávka jednorázového rouškování

Číslo VZ: P18V00000326

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádosti o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

Dotaz:

„Prosíme zadavatele o upřesnění, čl. 3 odstavec 3.5. "Zadavatel požaduje, aby účastníkem nabídnuté sety byly zabaleny ve sterilním archu a pak vloženy do sterilního transportního boxu". Sterilním archem je myšlen primární obal, ve kterém je celý set zabalen? Transportní box nemůže být sterilní, během přepravy nelze udržet sterilitu, z tohoto důvodu navrhuje vnitřní obal, ve kterém jsou všechny sety uloženy (pytel/box) a následně vloženy do transportního boxu, b jaký způsob balení bude preferován?“

Odpověď:

Údaj o „sterilním transportním boxu“ uvedený v zadávací dokumentaci je chybný. Zadavatel požaduje standardní balení dodávaných setů, tzn. transportní box, v něm vnitřní obal a ve vnitřním obalu primární sterilní obal, ve kterém je zabalen celý set. Zadavatel nemá jinou preferenci týkající se způsobu balení.

Ing. Radovan Horák v. r.

vedoucí logistiky

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace