

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Macková/5120

Frýdek-Místek
13.11.2018

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

„Dodávka jednorázového rouškování“
P/036/SKL/18

Vážení uchazeči,

Dne 12.11.2018 jsme obdrželi písemnou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám, tímto Vám sdělujeme stanovisko zadavatele:

Dotaz č.1:

Set Laparotomie-chirurgie, Set laparoskopie – chirurgie , set abdominální-laparotomie- chirurgie,
Set vaginální chirurgie
V ZD chybí obalová rouška 150x190cm, či v čem má být set zabalen?

Dotaz č.2:

• Set U-kyčel
Sběrný sáček požadavek na min. 50x40cm bude zadavatel akceptovat sáček 30x40 cm?
Návlek na RTG– je možné nabídnout návlek o průměru 90cm?
V ZD Rouška 2 vrstvá na stolek 140x190cm zesílená 2 ks - má být set zabalen v 1 roušce 140x190?

Dotaz č.3:

• Set na nohu 1
V ZD Extremitní rouška 300x320, otvor 7cm zesílená zóna, manžeta pr. 3 cm, bude zadavatel akceptovat Roušku končetinovou 230x300cm, otv.3,5cm, výstuž 75x80cm
Chybí v ZD obalová rouška 150x190cm , či v čem má být set zabalen?

Dotaz č.4:

• Set na nohu 2
V ZD Extremitní rouška 300x320, otvor 7cm zesílená zóna, manžeta pr. 3 cm, bude zadavatel akceptovat - Rouška končetinová 230x300cm, otv.3,5cm, výstuž 75x80cm
V ZD Rouška 2 vrstvá na stolek 140x190cm zesílená 2 ks - má být set zabalen v 1 roušce 140x190?

Dotaz č.5:

• Zadavatel v ZD uvádí ve 2. části obor chirurgický požadavek na :Kompresa z gázy 10x12,5 cm, s RTG kontrastem, bude akceptovány komprese z gázy 10x10 cm s RTG?

Odpověď č.1:

U setů: laparotomie-chirurgie, laparoskopie-chirurgie, abdominální-laparotomie-chirurgie, vaginální-chirurgie zadavatel upřesňuje obalovou roušku, a to 150x190cm zesílená.

Odpověď č.2:

Zadavatel nebude akceptovat menší rozměr sběrného sáčku.

Zadavatel bude akceptovat návlek o průměru 90cm, ale musí mít návlek minimální délku 1,10cm

Zadavatel upřesňuje obalovou roušku zesílenou, a to 150x190cm u setu U-kyčel

Odpověď č.3:

Zadavatel nebude akceptovat menší rozměr extrémtní roušky

Zadavatel upřesňuje obalovou roušku zesílenou, a to 150x190cm u setu noha 1

Odpověď č.4:


Zadavatel nebude akceptovat menší rozměr extrémtní roušky

Zadavatel upřesňuje obalovou roušku zesílenou, a to 150x190cm + 1 ks rouška zesílená 150x190cm u setu noha 2

Odpověď č.5:

Zadavatel bude akceptovat menší rozměr komprese z gázy 10x10cm s RTG

S pozdravem



Martina Macková
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.